



**FORNITURA DI N° 1 VASCA AD ULTRASUONI DA DESTINARE ALLA CENTRALE DI  
STERILIZZAZIONE DEL P.O. DI VITTORIO VENETO DELL'AZIENDA ULSS N. 2  
MARCA TREVIGIANA – DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO.**

## ***PARTE I    DESCRIZIONE DELLA FORNITURA***

La fornitura di cui trattasi ha ad oggetto **n. 1 Vasca ad ultrasuoni** da destinare alla Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Vittorio Veneto dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Pieve di Soligo.

Il dispositivo dovrà poter essere utilizzato per garantire il pretrattamento e pulizia dei dispositivi medici riutilizzabili con soluzioni detergenti acquose.

Tale dispositivo dovrà possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- struttura esterna e vasca di lavaggio in acciaio inox;
- dotato di riscaldamento dell'acqua con sistema di miscelazione dell'acqua calda e fredda;
- potenza e temperatura regolabile;
- apertura automatica porte vasca a fine ciclo;
- sistema di flussaggio per dispositivi medici cannulati;
- possibilità di utilizzo con durata programmata (timer) e di funzionamento continuo;
- compatibilità con eventuale sistema di distribuzione dei chimici centralizzato;
- programmi standard ed eventuale personalizzazione;
- collegamento alla rete ethernet per tracciabilità digitale;
- stampante termica integrata;
- completa di coperchio e cestelli in acciaio inox;
- griglie di supporto per i dispositivi medici;
- Dispositivo Medico classificato CE;
- Rispetto dei requisiti del Regolamento EU 745/2017.

*Dovranno essere quotati in opzione eventuali accessori disponibili.*