ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 7 DEL 05/08/2026

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

N.	CRITERIO	Punteggio massimo assegnabile	PCL MEDICALBRL 02779941208						MediNext 06825580966					
			Coefficiente Presidente Dr. Canova	Coefficiente Dr. Zanata	Coefficiente Coord Inf. Fedrigo	Coefficiente medio	Punteggio assegnato	Giudizio	Coefficiente Presidente Dr. Canova	Coefficiente Dr. Zanata	Coefficiente Coord Inf. Fedrigo	Coefficiente medio	Punteggio assegnato	Giudizio
1	Modalità/caratteristiche dell'accesso transforaminale diretto. Verrà valutato positivamente il sistema che: - garantirà la maggiore preservazione delle strutture anatomiche atte a conservare la stabilità della colonna vertebrale, - avrà la possibilità di collegamento di monitor e fonte luminosa e colonne endoscopiche già presenti presso le sale operatorie dell'Azienda ULSS.	**20**	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	La tecnologia presentata è compatibile con le finalità richieste.	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	Le tecnologia presentate è compatibile con le finalità richieste.
2	Per lo strumentario verrà valutato in particolare: - dimensioni, maneggevolezza, leggerezza e qualità dell'immagine dell'endoscopio.	**15**	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	Per quanto riguarda l'endoscopio, sulla base di quanto emerso dalla prova pratica, si apprezza l'ottima qualità dell'immagine endoscopica sia in termini di qualità del dettaglio che della gamma cromatica, nonchè della profondità di campo. Buona maneggevolezza ed ergonomicità del manipolo. Relativamente allo strumentario, nel complesso, si apprezza l'ampiezza di gamma delle misure e tipologie.	0,50	0,50	0,50	0,50	7,50	Per quanto riguarda l'endoscopio, sulla base di quanto emerso dalla prova pratica, la qualità dell'immagine dell'endoscopio è sufficiente. Buona la maneggevolezza ed ergonomicità del manipolo.
3	Per le apparecchiature verrà valutato in particolare: - l'adeguatezza alla chirurgia del rachide, della pompa erogatoria, sulla base della pressione del prodotto proposto; - l'idoneità del trapano alla chirurgia spinale, con riguardo alla potenza e range in numero di giri/min; - la regolazione dell'apparecchiature di radiofrequenza adatta alla chirurgia spinale.	**15**	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	pompa erogatoria: adeguati i livelli di pressione e volume trapano: velocità massima fino a 80.000 giri/min; particolarmente apprezzata la dotazione di manipolo leggero, ergonomico ed angolato, che garantisce un controllo ottimale dell'esecuzione dell'intervento apparecchiatura di radiofrequenza: adeguate tipologie di frequenza e potenza erogate; con specifiche destinazioni d'uso per la chirurgia spinale endoscopica e la chirurgia dell'ernia discale	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00	pompa erogatoria: adeguati i livelli di pressione e volume trapano: velocità massima fino a 80,000 giri/min; particolarmente apprezzata la dotazione di manipolo leggero, ergonomico ed angolato, che garantisce un controllo ottimale dell'esecuzione dell'intervento apparecchiatura di radiofrequenza: adeguate tipologie di frequenza e potenza erogate; elettrobisturi di base per applicazioni chirurgiche varie, senza specifiche destinazione d'uso per chirurgia spinale e discale
4	Per il materiale di consumo, verrà valutato in particolare: - capacità di aspirazione/canalizzazione dei liquidi della sacca del set per campo sterile; - duttilità del filo kirschner; - maneggevolezza dell'ago introduttore; - adeguatezza del set di irrigazione e relativo deflussore; - aggancio all'endoscopio e resistenza alla condensa del copritelecamera; - efficacia e maneggevolezza della sonda per coagulazione/radiofrequenza; - efficacia e maneggevolezza delle frese.	**15**	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	Adeguato a quanto richiesto, il materiale di consumo, in particolare si evidenzia: - buona conformazione della copertura per la gestione dei liquidi, - ottima la praticità ed ergonomia della sonda per radiofrequenza. Viene apprezzata l'offerta di kit procedurale in confezione contenente il necessario per la preparazione ed esecuzione dell'intervento.	0,80	0,80	0,80	0,80	12,00	Adeguato a quanto richiesto il materiale di consumo, in particolare si evidenzia: - il materiale offerto, pur corretto nelle quantità e nella qualità, risulta fornito in confezioni sterili singole che implicano una preparazione più laboriosa del campo operatorio e della gestione del magazzino.
5	Tempi e modalità di esecuzione delle attività di assistenza tecnica e formazione, in termini di efficacia, tempestività e pertinenza.	**5**	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	I tempi di intervento dichiarati per l'assistenza tecnica, sono ottimi. Adeguata la proposta formativa, di cui viene dettagliato il programma su due livelli, (funzionamento delle apparecchiature e procedura chirurgica).	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	L'assistenza tecnica offerta è adeguata rispetto a quanto chiesto dal Capitolato. La formazione proposta è buona, prevedendo la presenza di personale incaricato fin dall'avviamento della fornitura.
PUNTEGGIO TOTALE							70,00						55,50	