AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ENDOSCOPIA NELLA PATOLOGIA VERTEBRALE PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI. CIG BA3AB8BA64 - ID SINTEL 213862265.

Verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice

Il giorno 05 del mese di agosto dell'anno 2026, alle ore 9:15, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n 736 del 03/04/2026, incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti della procedura in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2887 del 30/12/2025.

Presidente: Dr Giuseppe Canova – Direttore U.O.C. Neurochirurgia

Componenti: Dr Roberto Zanata, Dirigente Medico U.O.C. Neurochirurgia (Responsabile UOSD Chirurgia vertebrale)

Sig. Egidio Fedrigo, Coordinatore infermieristico U.O.S. Ingegneria Clinica;

Il Segretario verbalizzante è la Dott.ssa Alessandra Favotto, Assistente Amministrativo della U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni.

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice, prende in esame i chiarimenti forniti dai concorrenti, pervenuti tramite piattaforma telematica Sintel o alla Pec istituzionale.

Dopo un attento confronto tra i componenti, all'unanimità la Commissione Giudicatrice assume le seguenti determinazioni da comunicarsi al RUP per il seguito di competenza.

La Commissione rileva che il Capitolato Speciale prevede, tra le altre, la seguente caratteristica tecnica minima a pena di esclusione:

A. Composizione e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature e dello strumentario:

- n.1 trapano dedicato a chirurgia spinale con motore elettrico da minimo 30.000 giri/min e completo di accessori.

Dalla documentazione tecnica presentata dalla società UBER ROS SpA, e dal chiarimento trasmesso, si rinvengono le seguenti indicazioni:

- **UBER ROS SpA**: il manipolo Shrill del sistema di endoscopia spinale del fabbricante joimax è in grado di raggiungere una velocità di rotazione fino a 10.000 rpm (giri/min).

La Commissione Giudicatrice, considerata la mancanza della caratteristica tecnica minima richiesta per la suddetta apparecchiatura, facente parte all'offerta presentata dall'operatore economico UBER ROS SpA, visti gli articoli 16 e 22 del Disciplinare di gara, ritiene di escludere l'offerta presentata da UBER ROS SpA.

Dalla documentazione tecnica presentata dalla società MOVI S.P.A., e dal chiarimento trasmesso si rinvengono le seguenti indicazioni:

- **MOVI S.P.A.**: il trapano dedicato alla chirurgia spinale offerto ha un motore elettrico con una potenza di rotazione fino a 16.000 giri/min.

La Commissione Giudicatrice, considerata la mancanza della caratteristica tecnica minima richiesta per la suddetta apparecchiatura, facente parte all'offerta presentata dall'operatore economico MOVI S.P.A, visti gli articoli 16 e 22 del Disciplinare di gara, ritiene di escludere l'offerta presentata da MOVI SpA.

La Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare di Gara, provvederà a dare comunicazione di quanto sopra all'UOC Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni in quanto la presentazione di offerte che non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, rientra nelle fattispecie per cui va disposta l'esclusione.

La Commissione Giudicatrice, all'esito dell'esame completo di tutta la documentazione tecnica pervenuta dalle ditte **PCL MEDICAL Srl** e **MediNext**, nonché dei chiarimenti pervenuti, procede con le relative valutazioni secondo i criteri previsti dai documenti di gara.

La Commissione Giudicatrice procede, quindi, al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari all'offerta tecnica in relazione a ciascun criterio, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, ai sensi dell'art. 18.2 del Disciplinare di gara, e all'attribuzione dei punteggi.

Il Presidente constata che gli Operatori Economici PCL MEDICAL Srl e MediNext hanno conseguito un punteggio qualità superiore alla soglia di sbarramento pari a 35/70 punti, prevista dall'art. 18.1 del Disciplinare di gara. L'Allegato 1, parte integrante del presente verbale, riepiloga gli esiti delle operazioni sopra descritte eseguite dalla Commissione.

Tenuto conto di quanto sopra, si riporta, di seguito, il punteggio finale conseguito dagli Operatori economici offerenti:

Operatore Economico	Punteggio Tecnico
PCL MEDICAL Srl	70,00/70,00
MediNext	55,50/70,00

Il Presidente, alle ore 10:15, dichiara chiusa la seduta riservata della Commissione.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Presidente: Dott. Giuseppe Canova

Componenti: Dott. Roberto Zanata

Sig. Egidio Fedrigo

Segretario verbalizzante:

Dott.ssa Alessandra Favotto