

PRELIMINARE TECNICO PER L'ACQUISIZIONE DI UN PROCESSATORE DI CAMPIONI DI CITOGENETICA DA DESTINARE ALLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PO DI TREVISO

Caratteristiche Minime

- Sistema in grado di automatizzare completamente la fase di raccolta di cellule in metafase derivanti da colture di sangue periferico o da aspirato midollare;
- sistema in grado di processare fino a 16 campioni per corsa in modalità walk-away;
- possibilità di modificare i tempi di incubazione in soluzione ipotonica;
- possibilità di incubazione dei reagenti (soluzione ipotonica) a 37°C;
- pannello di controllo touch screen;
- presenza del miscelatore automatico per la preparazione della soluzione di fissativo;
- presenza di sensori del volume dei reagenti e dei serbatoi dei fluidi di scarto;
- possibilità di impostare almeno 6 protocolli differenti