

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI N. 10 SEPARATORI CELLULARI PER RECUPERO INTRAOPERATORIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE A DIPARTIMENTI DIVERSI DEL DISTRETTO DI TREVISO DELL’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DI 60 MESI**

Sulla base di quanto comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento si forniscono i seguenti chiarimenti:

**CHIARIMENTO N.3**

**QUESITO N. 3**

“(…) chiede cortesemente di fornire ulteriori dettagli in merito alla risposta fornita per il chiarimento n. 1 pubblicato sulla piattaforma SINTEL in data 12/04/2023:

“Per "procedura di recupero", invece, si intende il processo completo di emorecupero che va dalla raccolta del sangue al lavaggio, fino alla reinfusione in sacca del sangue processato”

In particolare Vi preghiamo di indicarci quale delle due tipologie di procedura è richiesta :

A) Il kit per eseguire la procedura di recupero deve comprendere il circuito di lavaggio (comprensivo di bowl) e quanto necessario per reinfondere il sangue al paziente.

- Nota bene: e’ possibile selezionare il kit con la taglia di bowl piu’ adatta per il lavaggio del quantitativo di sangue recuperato.

oppure

B) il kit per eseguire la procedura di recupero deve comprendere il circuito di raccolta, provvisto di reservoir, il circuito di lavaggio (comprensivo di bowl) e quanto necessario per reinfondere il sangue al paziente.

- Nota bene: nell’ipotesi B) occorre scegliere la misura della bowl prima di iniziare il recupero del sangue.”

**RISPOSTA QUESITO N. 3**

Si conferma che si intende acquisire separatamente il materiale di consumo per procedure di raccolta (circuito di raccolta con reservoir) e il materiale di consumo per procedure di recupero (circuito di recupero con la bowl dedicata e quanto necessario per reinfondere il sangue al paziente).

Azienda Ulss 2 Marca trevigiana  
U.O.C. Provveditorato