

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI N. 10 SEPARATORI CELLULARI PER RECUPERO INTRAOPERATORIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE A DIPARTIMENTI DIVERSI DEL DISTRETTO DI TREVISO DELL’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DI 60 MESI**

Sulla base di quanto comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento si forniscono i seguenti chiarimenti:

**CHIARIMENTO N.2**

**QUESITO N.2**

“(…) chiede cortesemente chiarimento sulla caratteristica tecnica descritta nel Capitolato Speciale.

All’art. 2 -“Caratteristiche tecniche minime a pena esclusione” alla voce sistema filtrante delle embolie di origine coagulativa e grassosa chiediamo di precisare se il sistema filtrante è da intendersi come:

- caratteristica specifica del reservoir incluso nel circuito di raccolta sangue (elemento componente del circuito di raccolta sangue )
- oppure trattasi di un dispositivo deflussore con filtro per microaggregati (specificare eventuale caratteristica 20 o 40 micron) per la reinfusione del sangue recuperato al paziente.”

**RISPOSTA QUESITO N. 2**

La caratteristica tecnica citata è da intendersi come:

- caratteristica specifica del reservoir incluso nel circuito di raccolta sangue (elemento componente del circuito di raccolta sangue).

Azienda Ulss 2/Marca trevigiana  
U.O.C. Provveditorato

