



**OGGETTO: AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FACOVITRECTOMI E FACOEMULSIFICATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE UOC DI OCULISTICA DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DI 48 MESI.**

**LOTTO 3 - SISTEMI PER INTERVENTI DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA CON FACOEMULSIFICATORE**

In merito alle caratteristiche minime richieste si osserva che:

- pompa peristaltica

si richiede di estendere la caratteristica anche a pompe di ultima generazione che consentano il controllo di flusso e vuoto.

In merito alle caratteristiche preferenziali si osserva che:

- manipolo dotato di sensore per la misura della pressione intraoculare

è indicativo di un’unica azienda. Si suggerisce di allargare la richiesta ad altri sistemi che consentano il controllo della pressione intraoculare in maniera altrettanto efficace

- sistema ultrasuoni torsionale e longitudinale

è indicativo di un’unica azienda. Si suggerisce di richiedere genericamente sistemi di minimizzazione delle ustioni corneali

Si suggerisce, inoltre:

1. Di richiedere il pedale con funzionalità lineare e/o doppio lineare, per fornire al chirurgo la possibilità di controllare i parametri di vuoto, infusione e ultrasuoni in maniera indipendente.
2. Che il pedale sia interamente programmabile per poter gestire ogni funzione impostata da pannello
3. Di richiedere la possibilità di collegare le macchine faco in rete per una diagnostica dello strumento da remoto.
4. È richiesto un servizio di hotline 24/24 365 giorni l’anno. Trattandosi di strumentazione che viene utilizzata quasi esclusivamente da lunedì a venerdì ed in orario standard (tipicamente 07.00-1700) la richiesta sembra poco razionale andando ad impattare su costi ed organizzazione della scrivente ma senza apportare alcun vantaggio all’ente.

MILANO (MI) 13/10/2023

CARL ZEISS S.P.A.CON SOCIO UNICO

UN PROCURATORE

BRUNO IZZO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bruno Izzo', is placed over the printed name.