

**OGGETTO: Procedura Aperta telematica per la fornitura in service di "n. 2 coloratori integrati con montavetrini per la colorazione in ematossillina ed eosina", per la U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica sedi di Treviso e Conegliano dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi. ID SINTEL 176033065.**

## **Chiarimento n. 2**

### **Quesito n. 1**

Spettabile Ente


1- In riferimento al punto 1 delle caratteristiche tecniche dei sistemi oggetto di valutazione qualitativa (capitolato speciale pag. 4), si chiede di specificare, nella frase tra parentesi, la soluzione alternativa all'alcool che voi richiedete.

2- In riferimento al punto 1 delle caratteristiche tecniche dei sistemi oggetto di valutazione qualitativa (capitolato speciale pag.4), si chiede di specificare se un coloratore ad immersione può considerarsi una soluzione equivalente alla dispensazione singola.

### **Risposta al quesito n. 1**

1- La specificazione richiesta non è un chiarimento sulla documentazione di gara. Si precisa che la stazione appaltante non richiede tassativamente una soluzione alternativa all'alcool; la stessa valuterà i vari metodi di colorazione premiando quello che garantisca la minore possibilità di contaminazione (Vedasi punto 17.1 del disciplinare di gara, tabella dei criteri discrezionali, criterio n.1 ).

2- La specificazione richiesta non è un chiarimento sulla documentazione di gara. Si ribadisce che la modalità di colorazione dei vetriani è uno dei criteri di valutazione discrezionali previsti. Pertanto tutte le tecnologie che saranno proposte saranno oggetto di adeguata valutazione, fermo restando la finalità che è ottenere la minore possibilità di contaminazione.



*Il responsabile unico del progetto  
Dott. Giuseppe Magliocca*

