

**U.O.C Approvvigionamento e
gestione delle forniture di beni**

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per l'eventuale affidamento della fornitura di "MATERIALI PER NEURORADIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, per l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per il periodo di 36 mesi.

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, come da programmazione relativa alle procedure di acquisto di beni e servizi da avviare nel corso degli anni 2023/2024, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 666 del 31/03/2023, intende avviare una procedura d'appalto per la fornitura di "MATERIALI PER NEURORADIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA", per l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

La presente consultazione preliminare di mercato è indetta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, al fine di raccogliere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni, suggerimenti di carattere tecnico utili alla preparazione dell'eventuale procedimento selettivo e per una più compiuta conoscenza del mercato.

Tale raccolta di informazioni è finalizzata a prestare il migliore apporto conoscitivo ed informativo relativamente alle soluzioni tecniche ed organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate e per l'individuazione dei requisiti di accesso prescritti per gli operatori economici.

Si chiede pertanto, agli operatori economici interessati, l'invio della seguente documentazione:

- Contributi/osservazioni, consulenze, relazioni, informazioni, ed altri documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo rispetto alla bozza di capitolato Speciale predisposta;
- fornire un elenco di Strutture Sanitarie ove sono state effettuate recenti aggiudicazioni analoghe alla fornitura descritta nella bozza di estratto di capitolato Speciale.

Si fornisce, quindi, bozza di estratto del capitolato Speciale che viene pubblicata con il presente avviso sul sito Aziendale.

L'invio della documentazione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: **protocollo.aulss2@pecveneto.it** da porre all'attenzione dell'U.O.C. Approvvigionamento e Gestione delle Forniture di Beni

La documentazione, sia in formato ".pdf" sia in formato ".word", dovrà essere inviata preferibilmente entro il giorno:

Giovedì 01/02/2024

Si precisa che le osservazioni pervenute sono prestate gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese.

In ogni caso i contributi forniti **non potranno** anticipare specifiche quotazioni afferenti alla fornitura oggetto dell'indagine che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della procedura che dovesse essere successivamente indetta.

La presente consultazione non costituisce per la Stazione Appaltante impegno alcuno circa il successivo avvio della procedura e il mancato intervento alla stessa non preclude in alcun modo la partecipazione alla procedura che dovesse essere indetta.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva di individuare la modalità più consona per l'espletamento della eventuale procedura e per la sottoscrizione del relativo contratto.


Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante l'indagine, saranno raccolti e conservati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti alla eventuale futura procedura correlata.

Si precisa che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito del committente, successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle osservazioni sopra indicate. Non saranno oggetto di pubblicazione sul profilo del committente eventuali schede tecniche, generiche manifestazioni di interesse o letteratura scientifica, fornite in sede di consultazione preliminare di mercato.

I soggetti che partecipano indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché di ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si indica il seguente contatto: U.O.C Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni – dott.ssa Sara Busnardo, tel. 0423-732976.

Il Direttore incaricato
U.O.C. Approvvigionamento e
Gestione della fornitura di beni
-Dott. Giuseppe Magliocca-



Responsabile del Procedimento: Dr. Giuseppe Magliocca
Responsabile istruttoria: Dott.ssa Raffaella Zurlo
Referente per la pratica: Dott.ssa Sara Busnardo - tel. 0423-732976 – email: sara.busnardo@aulss2.veneto.it

Estratto Capitolato Speciale

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI “MATERIALI PER NEURORADIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA”, PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

1. OGGETTO, QUANTITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di **“MATERIALI PER NEURORADIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA”**, da destinare all’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana:

Le caratteristiche dei dispositivi richiesti, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente di seguito descritti.

I prodotti della presente gara devono avere le caratteristiche di seguito specificate, e devono essere sterili.

LOTTO N. 1:

SIRINGHE PER INIETTORE E TUBI DI RACCORDO
Sub 1: Siringhe per iniettore Solaris
Siringhe monouso sterili per iniettore per RM Medrad Spectris-Solaris.
Sub 2: Tubi di raccordo
Tubi di raccordo iniettore-paziente, valvolati, spiralati, doppia via per RM-iniettore Solaris.

LOTTO N. 2**SONDE PER DISCECTOMIA PERCUTANEA**

Sistema per decompressione discale di tipo meccanico percutaneo (il sistema di decompressione richiesto è di utilizzo lombare)

LOTTO N. 3:**CATETERI CON PALLONCINO OCCLUSALE PER GROSSI VASI**

Catetere con palloncino compliant con misure di diametro comprese nel range fra 10 e 40 mm., dotati di markers radiopachi. Lunghezza del catetere \geq 65 cm. e diametro indicativo di 7Fr.

LOTTO N. 4:**CATETERI E KIT PER DRENAGGIO BILIARE****Sub 1: Cateteri per drenaggio biliare esterno**

Cateteri per drenaggio biliare DBE.

Sub 2: Cateteri per drenaggio biliare interno/esterno

Cateteri per drenaggio biliare DTED.

Sub 3: Kit per drenaggio biliare

Sistema posizionamento drenaggio biliare composto da:

- a) ago 21 G;
- b) guida 0.018";
- c) guida 0.038";
- d) dilatatore-introdottoressore coassiale radiopaco o con repere radiopaco senza fori laterali.

LOTTO N. 5:**SETS PER DRENAGGIO****Sub1: Cateteri per drenaggio**

Catetere per drenaggio percutaneo, con diametri compresi nel range fra 6 Fr. e 16 Fr., provvisti di punta pigtail multiferata e di lume interno anti-incamiciamento. Compatibilità con guide 0.038" (per cateteri con range compreso tra 8 e 16 Fr) e guide 0.035" (per cateteri con range compreso tra 6 e 7 Fr.). Superficie liscia a basso coefficiente di frizione.

Sub 2: Sacche per aspirazione

Sacche per aspirazione di liquidi di drenaggio, con soffiello, capacità 1000 cc., tubo di raccordo con attacco luer-lock.

LOTTO N. 6:

SPIRALI PER EMBOLIZZAZIONE DI ANEURISMI CEREBRALI A DISTACCO CONTROLLATO

Spirali per embolizzazione di aneurismi a distacco controllato, disponibili in vari diametri e lunghezze e diverse tipologie di conformazione. Compatibili con microcateteri doppio marker 0.0165"-0.017".

*Si precisa che, essendo eventuali sistemi di distacco e/o cavi di distacco indispensabili per l'effettuazione degli interventi previsti quindi necessari al funzionamento delle spirali, gli stessi devono essere compresi e quotati nell'offerta.

Di conseguenza si precisa che la campionatura dovrà essere completa degli eventuali sistemi di distacco e/o cavi di distacco.

*Si precisa inoltre che, relativamente ai sistemi di distacco, i fabbisogni sono i seguenti: per quanto riguarda i sistemi di distacco **non consumabili** la quantità da quotare è n. 1, per 36 mesi; per quanto riguarda i sistemi di distacco **consumabili/cavi** la quantità da quotare è n. 250 per 36 mesi. Per i sistemi di distacco **consumabili/cavi** si conferma la richiesta come campionatura, entro il termine previsto; per quanto riguarda eventuali altri sistemi necessari alla procedura di distacco **non consumabili**, sarà possibile la presentazione in visione, su richiesta successiva della Stazione Appaltante.

LOTTO N. 7:

CATETERI GUIDA CON INDICAZIONI INTRACRANICHE

Cateteri ad ampio lume per inserimento di microcateteri. Dimensioni ≥ 5 Fr. fino a 8 Fr., anche per accesso radiale, diverse zone di flessibilità, punta atraumatica. Rivestito in PTFE, idrofilo.

LOTTO N. 8:

CATETERI INTERMEDI DI SUPPORTO PER ACCESSO DISTALE INTRACRANICO

Cateteri intermedi di supporto per accesso distale intracranico, con estremo grado di flessibilità per cateterismo triassiale.

LOTTO N. 9:

CATETERI PER ASPIRAZIONE INTRACRANICA A LUME AMPIO

Catetere per aspirazione intracranica, per accesso distale, da utilizzare singolarmente o in combinazione con un catetere guida portante compatibile. Rivestito con polimero idrofilo, con un marker radiopaco distale, avente le seguenti caratteristiche:

Sub 1: cateteri con lume interno da 0.035" a 0.055", lunghezze comprese tra 115 cm. e 160 cm.

Sub 2: cateteri con lume interno da 0.062" a 0.072", lunghezze comprese tra 115 cm. e 138 cm.

*La fornitura dovrà comprendere l'eventuale pompa di aspirazione (se prevista per l'utilizzo del dispositivo offerto), i raccordi monouso ed altri eventuali disposables (ad es. raccoglitori) da collegare alla pompa aspirante.

LOTTO N. 10:

MICROCATETERI PER SPIRALI AD USO INTRACRANICO

Microcateteri per spirali ad uso intracranico, a basso profilo, armati, idrofilici nella porzione distale, punta atraumatica, dritti e/o precurvati, 2 reperi, diametri interni \geq a 0.0165 inch.

LOTTO N. 11:

MICROCATETERI A PUNTA STACCABILE PER IL TRATTAMENTO DI MALFORMAZIONI CEREBRALI E MIDOLLARI

Microcateteri per trattamento di malformazioni cerebrali e midollari compatibili con DMSO, a punta staccabile, dimensioni \geq 1.2 Fr. e relativa microguida.

LOTTO N. 12:

MICROCATETERI A PUNTA NON STACCABILE PER IL TRATTAMENTO DI MALFORMAZIONI CEREBRALI E MIDOLLARI

Microcateteri per trattamento di malformazioni cerebrali e midollari, a punta non staccabile, dimensioni \geq 1.2 Fr.

LOTTO N. 13:

POLIMERI PER EMBOLIZZAZIONE

Polimeri per embolizzazione di malformazioni artero-venose cerebrali e midollari e di angiomi periferici, in fiale o in siringhe pre-riempite.
*Si precisa che va quotato il costo di una fiala o di una siringa pre-riempita.

LOTTO N. 14:

CATETERI A PALLONCINO A SINGOLO LUME PER ANEURISMI INTRACRANICI

Cateteri a palloncino complianti o super-complianti per tecnica di remodelling durante il trattamento degli aneurismi intracranici o per dilatazione di vasospamo post-ESA, a singolo lume.

LOTTO N. 15:

CATETERI A PALLONCINO A DOPPIO LUME PER ANEURISMI INTRACRANICI O PER FISTOLE A -V

Cateteri a palloncino complianti o super-complianti per tecnica di remodelling durante il trattamento degli aneurismi intracranici, doppio lume, compatibili con stent e con polimeri embolizzanti, e quindi utilizzabili anche per fistole o MAV.

LOTTO N. 16:

MICROGUIDE IDROFILICHE PER INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA

Sub1: microguide idrofiliche per interventistica neuroradiologica con dimensioni da 0.010" a 0.014"

Microguide idrofiliche per interventistica neuroradiologica, dimensioni comprese tra 0,010" e 0,014", lunghezza compresa nel range tra 200 e 300 mm. con punta morbida ed elevato supporto.

Sub 2: microguide idrofiliche per interventistica neuroradiologica con dimensioni < 0.010"

Microguide idrofiliche per interventistica neuroradiologica, dimensioni < 0.010", con punta morbida ed elevato supporto.

LOTTO N. 17:

CATETERI GUIDA A LUME AMPIO CON PALLONCINO IN PUNTA PER OCCLUSIONE

Cateteri a lume ampio con palloncino per occlusione carotidea, in grado di permettere introduzione coassiale di altri microcateteri o stent.

CERTIFICAZIONI, NORME

I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della normativa vigente.
