

**AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA**  
**VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 - 31100 TREVISO**

**Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 1 sistema di visualizzazione delle lesioni polmonari da destinare alla U.O.C. Pneumologia del P.O. di Treviso**

**Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 14.00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Dirigente n. 495 del 20/06/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

<b>Presidente</b>	<b>Qualifica</b>
Dr.ssa Micaela Romagnoli	Direttore U.O.C. Pneumologia del PO di Treviso
<b>Componenti</b>	<b>Qualifica</b>
Dr. ssa Francesca Savoia	Dirigente Medico U.O.C. Pneumologia del PO di Treviso
Sig. Egidio Fedrigo	Coordinatore U.O.S. Ingegneria Clinica

Il Segretario verbalizzante è la dott.ssa Paola Calò, individuata dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica.

La Commissione prende atto che la ditta che ha presentato offerta entro i termini richiesti è la seguente:

- MOSS SRL

La Commissione verifica, innanzitutto, la presenza dei documenti richiesti a pena di esclusione con esito positivo e, una volta esaminata la documentazione presentata dalla suddetta Ditta, procede, quindi, alla valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative del sistema offerto tenendo conto della sua rispondenza alle richieste del Capitolato Speciale.

L'esito delle valutazioni della Commissione, espresso all'unanimità, l'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi vengono di seguito riportati.

### **1) Caratteristiche del sistema offerto**

Qualità e rispondenza del sistema alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato Speciale, grado di rispondenza alle caratteristiche tecniche obbligatorie e valutazione di eventuali caratteristiche tecniche ulteriori e/o migliorative, anche sulla base delle informazioni fornite con altra documentazione tecnico-scientifica presentata in fase di offerta. Punti max 26

Il sistema risponde pienamente alle caratteristiche richieste tecniche dal Capitolato Speciale.

VALUTAZIONE: ECCELLENTE

COEFFICIENTE ATTRIBUITO: 1

PUNTEGGIO: 26

### **2) Funzionalità del sistema offerto ed inserimento nel contesto operativo sulla base anche dell'eventuale visione.**

Ergonomia e semplicità d'uso intesa come: intuitività, facilità di predisposizione del sistema all'uso, operazioni di manutenzione necessarie, necessità o meno di materiale di consumo per l'uso ed eventuale disponibilità di quest'ultimo sul libero mercato. Punti max 23

Il sistema presenta ergonomia e semplicità d'uso eccellenti. Viene dichiarato che non necessita di materiale di consumo.

VALUTAZIONE: ECCELLENTE

COEFFICIENTE ATTRIBUITO: 1

PUNTEGGIO: 23

Funzionalità relative all'integrazione informatica, alla esportabilità dei dati e delle immagini. Punti max 15

Le funzionalità rispondono alle esigenze clinico-operative.

VALUTAZIONE: ECCELLENTE

COEFFICIENTE ATTRIBUITO: 1

PUNTEGGIO: 15

### **3) Manutenzione e assistenza post vendita**

Durata, affidabilità e qualità del servizio di manutenzione ed assistenza post-vendita durante il periodo di garanzia offerto. Punti max 6

Quanto indicato risponde alle esigenze clinico-operative.

VALUTAZIONE: ECCELLENTE

COEFFICIENTE ATTRIBUITO: 1

PUNTEGGIO: 6

I punteggi assegnati vengono quindi riepilogati nella sottostante Tabella:

N.	Criteri di valutazione		Punti D	Ditta Moss Srl
1	Caratteristiche del sistema offerto	Qualità e rispondenza del sistema alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato Speciale, grado di rispondenza alle caratteristiche tecniche obbligatorie e valutazione di eventuali caratteristiche tecniche ulteriori e/o migliorative, anche sulla base delle informazioni fornite con altra documentazione tecnico-scientifica presentata in fase di offerta.	26	26
2	Funzionalità del sistema offerto ed inserimento nel contesto operativo sulla base anche dell'eventuale visione.	Ergonomia e semplicità d'uso intesa come: intuitività, facilità di predisposizione del sistema all'uso, operazioni di manutenzione necessarie, necessità o meno di materiale di consumo per l'uso ed eventuale disponibilità di quest'ultimo sul libero mercato	23	23
		Funzionalità relative all'integrazione informatica, alla esportabilità dei dati e delle immagini	15	15
3	Manutenzione e assistenza post vendita	Durata, affidabilità e qualità del servizio di manutenzione ed assistenza post-vendita durante il periodo di garanzia offerto.	6	6
<b>Totale</b>				70

Alle ore 15.00 viene dichiarata chiusa la seduta.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Presidente: Dr. ssa Micaela Romagnoli

Componenti: Dr. ssa Francesca Savoia

Sig. Egidio Fedrigo

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Paola Calò