

**U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni  
Area Approvvigionamento Farmaci e Diagnostici**

### **AVVISO INDAGINE DI MERCATO**

**OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI “SISTEMI PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’ESECUZIONE DI ANALISI DECENTRATE PRESSO IL PS DI VITTORIO VENETO DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, MEDIANTE FORNITURA DI POCT DI CHIMICA CLINICA, COAGULAZIONE, IMMUNOMETRIA ED EMATOLOGIA”, PER IL PERIODO DI 24 MESI.**


La scrivente Azienda ha la necessità di acquisire in service “SISTEMI PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’ESECUZIONE DI ANALISI DECENTRATE PRESSO IL PS DI VITTORIO VENETO DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, MEDIANTE FORNITURA DI POCT DI CHIMICA CLINICA, COAGULAZIONE, IMMUNOMETRIA ED EMATOLOGIA, PER IL PERIODO DI 24 MESI”, per l’esecuzione di complessivi n. 7.877 test/anno, come meglio dettagliato nel documento denominato “Estratto Tecnico”, che si allega al presente avviso.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

La suddetta indagine di mercato **ha unicamente fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori**, da considerare anche ai fini di un eventuale affidamento della fornitura. La stessa non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Azienda Sanitaria nei confronti degli operatori economici, i quali non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.

Qualora una Ditta sia interessata dovrà, **entro il giorno lunedì 20/06/2025, a mezzo PEC ([protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it)), manifestare il proprio interesse ad essere invitata a partecipare, in caso di avvio della procedura.**

Si chiede di formulare altresì un’ipotesi del costo di massima dei sistemi proposti per un totale complessivo di n. 7.877 test annui, ipotizzando una durata della fornitura di 24 mesi.





Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri 0423/732976 Dott.ssa Sara Busnardo - 0422/323036 Dott.ssa Raffaella Zurlo - oppure via mail al seguente indirizzo: [forniture@aulss2.veneto.it](mailto:forniture@aulss2.veneto.it), avendo cura di riportare l'oggetto dell'indagine di mercato.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O.C. Approvvigionamento e  
gestione delle forniture di beni  
Dott. Giuseppe Magliocca

Allegati:

1- Estratto Tecnico

Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Magliocca

Responsabile istruttoria: Dott.ssa Raffaella Zurlo

Referente per la pratica: Dott.ssa Sara Busnardo – Tel. 0423-732976

e-mail: [sara.busnardo@aulss2.veneto.it](mailto:sara.busnardo@aulss2.veneto.it)

Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana

Via Sant' Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso

CF/P.IVA 03084880263


Posta elettronica certificata:  
[protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it)

## ESTRATTO TECNICO

FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'ESECUZIONE DI ANALISI DECENTRATE PRESSO IL PS DI VITTORIO VENETO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, MEDIANTE FORNITURA DI POCT DI CHIMICA CLINICA, COAGULAZIONE, IMMUNOMETRIA ED EMATOLOGIA", PER IL PERIODO DI 24 MESI.

Articolo 1 – Oggetto e durata della fornitura

Articolo 2 – Certificazioni, norme



### **Articolo 1 – Oggetto e durata della fornitura**

Oggetto del presente Estratto Tecnico è la fornitura in service di “SISTEMI PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’ESECUZIONE DI ANALISI DECENTRATE PRESSO IL PS DI VITTORIO VENETO DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, MEDIANTE FORNITURA DI POCT DI CHIMICA CLINICA, COAGULAZIONE, IMMUNOMETRIA ED EMATOLOGIA”, per il periodo di 24 mesi.

La fornitura dovrà comprendere:

- **APPARECCHIATURE** da collocarsi presso il PS di Vittorio Veneto;
- **REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO** necessari al corretto funzionamento dei sistemi per l’esecuzione di complessivi n. 7877 test annui, come dettagliato nella tabella A.

La fornitura avrà durata 24 mesi.

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE NECESSARIE</b>
--

- I sistemi devono garantire il servizio di POCT presso il PS nelle fasce orarie 23:00 – 08:00 assicurando la copertura della totalità dei test richiesti di cui a tabella A, mediante le diverse modalità di esecuzione dei test;
- predisporre una soluzione analitica di semplice impiego, che preveda minima manipolazione del campione, possibilmente con presenza di reagenti pronti all’uso, interfacciamento con il software gestionale del Laboratorio, dimensioni strumentali e di accessori contenute e manutenzione ridotta;
- garantire quanto al punto 1 con il minor ingombro possibile e la minor ridondanza tecnologica. L’ingombro massimo disponibile è 3 mt. x 80 cm. compreso eventuali PC.
- garantire la completa tracciabilità del dato fino alla refertazione. Tutti gli strumenti sono dotati di interfacciamento con un unico middleware di controllo e collegamento al LIS. Il middleware dovrà controllare da remoto, i controlli di qualità e l’attività svolta presso il PS del PO di Vittorio Veneto con la possibilità di interfacciamento su più PC;
- dato l’utilizzo della soluzione POCT da parte di personale non laboratoristico, il sistema proposto dovrà garantire la più semplice operatività d’uso e la massima sicurezza per l’operatore in tutte le fasi del processo analitico, compreso il campionamento (sangue intero in provetta tappata);
- ottimizzare i tempi di risposta clinica.

## **Articolo 2 - Certificazioni, norme**

I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento, in funzione della destinazione d'uso prevista. In particolare:

I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/745 ovvero delle Direttive CE/93/42 o CE/90/385 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 "disposizioni transitorie" del suddetto MDR.

I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di quanto previsto all'art. 110 "disposizioni transitorie" del suddetto IVDR così come modificate dal Regolamento 2022/112.

Qualora la ditta produttrice/fornitrice sia in possesso di certificazione aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO 9000) o equivalenti, ovvero operi con un sistema di qualità che garantisca il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle certificazioni suddette, potrà fornire idonea documentazione a riprova delle certificazioni possedute.

\*\*\*

**Tabella A (previsione annua)**

<b>ESAME 7877 ESAMI DOPO LE H 23:00</b>	<b>N RICHIESTE</b>
EMOCROMO in URGENZA	1480
PEPTIDE NATRIURETICO (BNP)	100
TROPONINA I HS	600
PT (Tempo di Protrombina)	530
PTT (Tempo di Tromboplastina Parziale)	530
FIBRINOGENO	12
PCR	1270
CREATININA	1380
SODIO	900
POTASSIO	950
AST	770
ALT	800
GLUCOSIO	970
LIPASI	370
BILIRUBINA TOTALE	340
COLORO	560
D-Dimero	85
Procalcitonina	40
418C - CANNABINOIDI URINARI	10
416C - OPPIACEI URINARI	10
420C - COCAINA URINARIA	10
422C - ANFETAMINE URINARIE	10