

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di agosto alle ore 10:00, , si è riunita in seduta riservata, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale mediante videoconferenza, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1672 del 25/07/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

In data odierna la Commissione procede, in relazione alla gara di cui trattasi, ai sensi del punto 21 del Disciplinare, all'apertura della Busta telematica 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Presidente:

- **Dott.ssa Francesca Baciocchi:** Dirigente Medico U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso

Componenti:

- **Dott.ssa Roberta Pozzobon:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Coordinatrice U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso
- **Dott.ssa Monia Niero:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, U.O.C., Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Conegliano

Il Segretario verbalizzante, individuato dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, è il Dr. Federico Bressan.

Entro il termine di scadenza della gara (ore 15:00 del 30/06/2025), hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

- Per il Lotto n.1: Leica Microsystems S.r.l.; Roche Diagnostics S.p.a., Agilent Technologies Italia S.p.a.;

- Per il Lotto n. 2: Non sono pervenute offerte.

La Commissione Giudicatrice, i cui compiti sono definiti agli artt. 18 e 19 del Disciplinare di gara procederà in una o più sedute riservate, alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel Disciplinare di gara, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di gara, nonché alla redazione di appositi verbali.

Il Presidente precisa che, ai sensi del punto 15 del Disciplinare di Gara, è stata richiesta la seguente Documentazione Tecnica:

Per le APPARECCHIATURE

A1) Schede tecniche delle apparecchiature proposte riportante le principali caratteristiche tecnico/qualitative (Documento richiesto a pena di esclusione);

A2) Relazione nella quale vengono esplicitate, punto per punto, le caratteristiche tecniche di minima richieste nel Capitolato Speciale, nonché le ulteriori caratteristiche che saranno oggetto di valutazione, con precisa indicazione dell'effettivo ingombro delle apparecchiature; inoltre dovranno essere esplicitate le modalità attraverso le quali il sistema offerto rileva il numero di test effettivamente eseguiti e che saranno oggetto di pagamento dell'Azienda ULSS;

A3) Documentazione comprovante che le apparecchiature offerte sono costruite in conformità alle attuali disposizioni in materia di sicurezza nazionali ed internazionali e che possiedono il marchio CE; in particolare:

A3.1) Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della destinazione d'uso" prevista; qualora la "destinazione d'uso" sia riportata nel manuale d'uso, è possibile presentare il manuale d'uso stesso o parte di esso;

A3.2) Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall'Organismo notificato;

A3.3) Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a tale norma;

A.4) Dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il tempo della corsa di colorazione (per entrambi i lotti) (Dichiarazione richiesta a pena di esclusione);

A.5) Dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il numero di reagenti alloggiabili contemporaneamente (solo per il lotto n. 1) (Dichiarazione richiesta a pena di esclusione);

A6) Indicazione (qualora tale informazione non sia inclusa nella documentazione di cui ai precedenti punti), per le apparecchiature offerte, del numero CND (numero di classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) e del numero RDM (numero identificativo di iscrizione al repertorio dei Dispositivi Medici)/ numero di iscrizione banca dati ministeriale; o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 21/12/2009;

A7) Referenze: elenco ed anno di consegna delle principali installazioni presso altre Strutture, delle apparecchiature dello stesso tipo di quelle proposte e relativo periodo di esercizio. Tale elenco permetterà, se opportuno, la visione delle stesse operanti nella attività di routine;

A8) Dichiarazione che attesti che le apparecchiature offerte, sono nuove di fabbrica, mai utilizzate per dimostrazioni od altro, di ultima generazione, ancora in produzione e fornite di garanzia;

A9) Eventuale Presentazione multimediale (che può essere effettuata utilizzando, ad esempio, il programma applicativo power point o video visualizzabile con applicativi come VLC media player e analoghi) che illustri le modalità di funzionamento dei sistemi;

B) Per i REAGENTI e PRODOTTI DI CONSUMO

La Ditta dovrà dettagliare i reagenti ed i materiali di consumo, allegando:

B1) Scheda tecnica dei prodotti offerti riportante le principali caratteristiche tecnico/qualitative (documento richiesto a pena di esclusione);

B2) Dichiarazione che attesti che i prodotti proposti possono essere regolarmente commercializzati in Italia e che sono conformi alla normativa vigente;

B3) Indicazione qualora tale informazione non sia inclusa nella documentazione di cui ai precedenti punti), per i prodotti offerti, del numero CND (numero di classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) e del numero RDM (numero identificativo di iscrizione al repertorio dei Dispositivi Medici)/ numero di iscrizione banca dati ministeriale, ove presente; o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 21/12/2009;

C) Per gli ANTICORPI – solo lotto 1

La Ditta dovrà dettagliare gli anticorpi di cui all'Allegato A del Capitolato Speciale, allegando:

C1) Data-sheet e schede di sicurezza del produttore (Documenti richiesti a pena di esclusione);

C2) Dichiarazione del legale rappresentante/procuratore autorizzato che indichi/attesti che i prodotti proposti possiedono il marchio CE-IVD, ovvero, dichiarazione che attesti che trattasi di anticorpi primari "RUO";

C3) Una dichiarazione del legale rappresentante/procuratore autorizzato che attesti che la Ditta, qualora non possedesse l'intera gamma degli anticorpi di cui all'Allegato A, per mancanza di produzione o per assenza di riferimento al catalogo o per uscita dal catalogo, garantirà la fornitura dell'intera gamma di Anticorpi richiesti al prezzo per test aggiudicato;

Qualsiasi altra documentazione che la Ditta ritenga importante ai fini della valutazione qualitativa.

D) Per il SERVIZIO POST VENDITA

La Ditta dovrà presentare una relazione dalla quale risultino le seguenti informazioni, in conformità al punto 7.4 del Capitolato Speciale:

- I punti a cui rivolgersi per l'assistenza tecnica e la propria organizzazione;
- I protocolli e periodicità di esecuzione dell'attività di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante;

- *I tempi e le modalità di intervento per la manutenzione straordinaria/correttiva, a partire dalla chiamata telefonica (fermo restando i termini massimi previsti);*
- *La eventuale soluzione migliorativa che la Ditta propone al fine consentire la prosecuzione dell'attività, qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 72 ore dalla chiamata, sia nei giorni feriali che nei prefestivi;*
- *Le modalità di fornitura di apparecchiature sostitutive in caso di guasti la cui riparazione non risulti possibile o conveniente;*
- *Il tipo di collaborazione tecnica e scientifica che la Ditta è in grado di prestare all'avviamento delle strumentazioni e durante il periodo di fornitura;*
- *Le modalità con le quali intende effettuare la formazione del personale addetto, sia iniziale, sia successiva specificando il programma dettagliato di tale formazione, la durata del corso;*

La documentazione di cui ai punti A1), A4), A5), B1), C1) è richiesta a pena di esclusione dalla gara.

La Commissione Giudicatrice, con l'assistenza del personale U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, procede, quindi, con il download della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ed all'apertura delle Buste Telematiche del **Lotto n.1** per il quale partecipano le Ditte Leica Microsystems S.r.l.; Roche Diagnostics S.p.a., Agilent Technologies Italia S.p.a.

La Commissione verifica la presenza della documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare di Gara; dalla verifica risulta che le Ditte partecipanti hanno presentato la documentazione richiesta necessaria ai fini della valutazione tecnica, pertanto, vengono ammesse al proseguo della gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 11:15 e riaggiorna i lavori al 22/08/2025 per la prosecuzione dei lavori.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale dal Segretario Verbalizzante, Dr. Federico Bressan che viene letto ed approvato.

Successivamente la Presidente e le componenti della Commissione Giudicatrice invieranno la dichiarazione di partecipazione alla riunione telematica odierna, contenente l'approvazione del presente verbale del quale le dichiarazioni faranno parte integrante. (Allegato n. 1).


Il segretario verbalizzante

Dr. Federico Bressan



Presidente
Componenti

Dr.ssa Francesca Baciocchi (Dichiarazione allegata)
Dr.ssa Roberta Pozzobon (Dichiarazione allegata)
Dr.ssa Monia Niero (Dichiarazione allegata)



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Baciocchi, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 13/08/2025 dalle ore 10:00 alle ore 11:15. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del 13/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 13/08/2025

Firma del dichiarante



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Pozzobon, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 13/08/2025 dalle ore 10:00 alle ore 11:15. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del 13/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 13/08/2025

Firma del dichiarante



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Monia Niero, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 13/08/2025 dalle ore 10:00 alle ore 11:15. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del 13/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 13/08/2025

Firma del dichiarante

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name 'Monia Niero'.

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventicinque, il giorno 22 del mese di agosto alle ore 11:00, si è riunita in seduta riservata, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale mediante videoconferenza, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1672 del 25/07/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Presidente:

- **Dott.ssa Francesca Baciocchi:** Dirigente Medico U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso

Componenti:

- **Dott.ssa Roberta Pozzobon:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Coordinatrice U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso
- **Dott.ssa Monia Niero:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, U.O.C., Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Conegliano

Il Segretario verbalizzante, individuato dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, è il Dr. Federico Bressan.

La Commissione procede con la verifica del possesso, da parte delle Ditte che hanno presentato offerta per il Lotto n.1, delle caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara e di seguito elencate:

CARATTERISTICHE MINIME DELLA/E APPARECCHIATURA/E A PENA DI ESCLUSIONE

1. *Coloratore completamente automatico, nuovo di fabbrica e di ultima generazione, con massimo grado di automazione, dalla sparaffinatura alla controcolorazione, sul medesimo strumento, senza alcun intervento da parte dell'operatore;*
2. *Il sistema deve effettuare colorazioni di immunoistochimica, immunofluorescenza e doppie colorazioni, su materiale incluso in paraffina, congelati-sezioni criostatiche, citologici convenzionali e in strato sottile, in totale automazione in un'unica corsa e senza intervento da parte dell'operatore;*
3. *Il sistema deve consentire la gestione contemporanea di protocolli multipli di colorazione, protocolli di smascheramento antigenico diversi, tipologie diverse di campioni (citologici/istologici). Deve essere possibile la personalizzazione del tempo delle fasi preanalitiche (pretrattamento termico/enzimatico) e analitiche (colorazione);*
4. *Presenza di espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il tempo della corsa di colorazione (vedasi art. 15 del Disciplinare di gara – Busta tecnica);*
5. *Presenza di espressa dichiarazione del legale rappresentante della ditta che attesti il numero di reagenti alloggiabili contemporaneamente (vedasi art. 15 del Disciplinare di gara – Busta tecnica);*
6. *Il sistema deve essere provvisto di allarme visivo/sonoro per la segnalazione di errori e/o malfunzionamenti;*
7. *Lettura di reagenti e vetrini attraverso sistemi automatici (codice a barre e/o data matrix);*
8. *Il sistema deve garantire un'adeguata eliminazione dei reflui in apposite taniche;*

9. La strumentazione deve garantire un sistema di prevenzione dall'evaporazione dei reagenti dispensati durante le incubazioni sul vetrino al fine di garantire un'omogenea distribuzione dei reagenti, prevenire l'asciugatura, e la protezione degli operatori all'esposizione di sostanze nocive;
10. Software informatico gestionale della strumentazione in lingua italiana;
11. Gestione esterna computerizzata con monitor a schermo piatto e stampante per la stampa dei rapporti di lavoro con almeno due punti di accesso;
12. Gruppo di continuità che garantisca la fine della corsa in caso di mancanza/cali di corrente;
13. Il sistema deve gestire sia vetrini stampati con barcode prodotti dalla stampante interfacciata con il software applicativo del gestionale del servizio, che vetrini muniti di etichetta prodotta dal sistema stesso;
14. Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei reagenti/consumabili;
15. Interfacciamento completo e bidirezionale con Pathoxweb di Tesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI A PENA DI ESCLUSIONE

1. Sistemi di rivelazione prediluiti, pronti all'uso e comprensivi di relativo cromogeno, calibrati su sistema automatico offerto e applicabili su sezioni di tessuto paraffinato, criostatico e preparati citologici;
2. Fornitura di diversi sistemi di rivelazione ad alta sensibilità per anticorpi mono/policlonali (streptavidin/Biotin/HRP, HRP/DAB, AP/FastRed, sistemi di rivelazione di tipo "biotinfree" polimerici/multimerici a basso ingombro sterico);
3. Fornitura di tutti gli accessori e consumabili necessari alla completa esecuzione delle determinazioni (diluente per anticorpi, tamponi di lavaggio, tamponi di smascheramento, enzimi di smascheramento, reagenti per amplificazioni, Ematossilina per immunoistochimica pronta all'uso ecc);
4. Vetrini portaoggetto standard idonei all'indagine immunoistochimica;
5. Materiale di consumo per stampigliatrice di etichette/barcode;

CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ANTICORPI PRIMARI A PENA DI ESCLUSIONE

1. Gli Anticorpi primari devono corrispondere a requisiti di sensibilità e specificità ed essere applicabili su sezioni di tessuto paraffinato, criostatico e preparati citologici. Possono essere anticorpi monoclonali o policlonali in forma prediluita o concentrata;
2. Presenza di data-sheet e schede di sicurezza del produttore per ogni anticorpo (vedasi art. 15 del Disciplinare di gara – Busta tecnica);
3. In Allegato A si riporta l'elenco degli anticorpi primari maggiormente utilizzati. Devono essere forniti i cloni di più larga diffusione supportati da adeguata documentazione scientifico-bibliografica o valutata performance, prodotti in controlli di qualità esterni (nordiQC, UKneqas o EQA). L'ente appaltante si riserva di chiedere fornitura di cloni equivalenti qualora quelli offerti non garantissero la performance auspicata, senza ulteriori oneri per l'Azienda;
4. Le ditte partecipanti dovranno offrire e fornire il 100% degli anticorpi richiesti (Allegato A del presente Capitolato Speciale);
5. Gli anticorpi, di cui all'allegato A, devono essere certificati CE – IVD; tuttavia potranno essere accettati anche prodotti RUO.

La Commissione rileva all'unanimità che i sistemi proposti dalle Ditte soddisfano tutti i requisiti minimi.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12:30.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale dal Segretario Verbalizzante, Dr. Federico Bressan che viene letto ed approvato.

Successivamente la Presidente e le componenti della Commissione Giudicatrice invieranno la dichiarazione di partecipazione alla riunione telematica odierna, contenente l'approvazione del presente verbale del quale le dichiarazioni faranno parte integrante. (Allegato n. 1).

Il segretario verbalizzante

Dr. Federico Bressan




Presidente
Componenti

Dr.ssa Francesca Baciocchi (Dichiarazione allegata)

Dr.ssa Roberta Pozzobon (Dichiarazione allegata)

Dr.ssa Monia Niero (Dichiarazione allegata)



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Baciocchi, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 22/08/2025 dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 22/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 22/08/2025

Firma del dichiarante



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE


La sottoscritta Dott.ssa Roberta Pozzobon, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 22/08/2025 dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 22/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 22/08/2025

Firma del dichiarante



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE


La sottoscritta Dott.ssa Monia Niero, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 22/08/2025 dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 22/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 22/08/2025

Firma del dichiarante



AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventicinque, il giorno 16 del mese di settembre alle ore 10:00, presso la sala riunioni della U.O.C. Anatomia e Istologia patologica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, P.O. di Treviso, si è riunita in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1672 del 25/07/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Presidente:

- **Dott.ssa Francesca Baciorri:** Dirigente Medico U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso

Componenti:

- **Dott.ssa Roberta Pozzobon:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Coordinatrice U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso
- **Dott.ssa Monia Niero:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, U.O.C., Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Conegliano

Il Segretario verbalizzante, individuato dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, è il Dr. Federico Bressan.

La presidente ricorda i criteri di valutazione previsti al punto 17 del disciplinare di gara:

LOTTO 1

N.	Criteri di valutazione qualità	Tipologia punteggio	Punti max
1	Operatività del sistema in termini di semplicità di utilizzo (intuitività ed immediatezza dei comandi, indicazioni allarmi visivi/acustici ed interfaccia verso l'utente)	Discrezionale	12
2	Ingombro rispetto agli spazi del laboratorio	Discrezionale	5
3	Velocità media di esecuzione di protocolli di IHC comprensivi di sparaffinatura, smascheramento antigenico, e controcolorazione	Discrezionale	5
4	Flessibilità dei protocolli	Discrezionale	2
5	Sistema polivalente in grado di effettuare più metodiche di colorazione contemporaneamente ed in completa automazione senza alcun intervento manuale dell'operatore: IHC, IF, CISH, FISH	Tabellare 1 metodica=0 punti, da 2 a 3 metodiche=2 punti 4 metodiche=4	4
6	Capacità di carico in contemporanea di anticorpi primari diversi	Discrezionale	4
7	Capacità di carico totale in contemporanea di vetrini per corsa.	Discrezionale	4
8	Metodo con cui la strumentazione effettua la doppia colorazione: solo sequenziale; sequenziale e parallela.	Tabellare solo sequenziale=2 punti sequenziale e parallela=4 punti	4
9	Presenza di sistema attivo di misurazione dei volumi tramite sonda/sensore per ogni singolo reagente/contenitore caricato on board; calcolo	Tabellare presenza caratteristica =5	5

	reale e automatico del numero dei test eseguibili	punti assenza caratteristica=0 punti	
10	Verrà premiata la presenza di un sistema di scarico dei reagenti in taniche separate tra scarichi tossici e non tossici, nonché la quantità ridotta di reflui prodotti, con particolare riferimento alla tutela all'ambiente e dell'operatore	Discrezionale	6
11	Modalità con cui la strumentazione è in grado di evitare lo scambio di reagenti e vetrini garantendo il maggiore livello di tracciabilità.	Discrezionale	5
12	Fornitura di reagenti per la corsa di colorazione pronti all'uso, che garantiscano il minimo/nullo intervento dell'operatore (es. preparazione a bordo dei tamponi di lavaggio e dei cromogeni).	Discrezionale	4
13	Assistenza tecnica e servizio post vendita: Eventuali migliorie offerte, rispetto al minimo richiesto nel Capitolato Speciale, ritenute di interesse da parte della stazione appaltante.	Discrezionale	3
14	Modalità di caricamento dei vetrini Verrà premiata il sistema che presenti possibilità di caricamento in batch, in continuo e a singolo vetro con protocollo indipendente.	Discrezionale	4
15	Modalità di copertura del vetrino durante tutto il processo di colorazione in modo da garantire una distribuzione del reagente uniforme e una colorazione ottimale.	Discrezionale	3
Punteggio massimo = 70 punti			



Al fini dell'attribuzione dei punteggi la Commissione Giudicatrice inizia con l'analisi della documentazione tecnica delle Ditte che hanno presentato offerta per il Lotto n.1.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12:00 e riaggiornerà i lavori al giorno 10/10/2025.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Il segretario verbalizzante

Dr. Federico Bressan

Presidente

Dr.ssa Francesca Baciocchi

Componenti


Dr.ssa Roberta Pozzobon





Dr.ssa Monia Niero

Monia Niero



AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

Verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventicinque, il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 10:00, presso la sala riunioni della U.O.C. Anatomia e Istologia patologica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, P.O. di Treviso, si è riunita in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1672 del 25/07/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Presidente:

- **Dott.ssa Francesca Bacciorri:** Dirigente Medico U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso

Componenti:

- **Dott.ssa Roberta Pozzobon:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Coordinatrice U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso
- **Dott.ssa Monia Niero:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, U.O.C., Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Conegliano

Il Segretario verbalizzante, individuato dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, è il Dr. Federico Bressan.

La Commissione Giudicatrice prosegue l'analisi della documentazione tecnica ai fini della valutazione e attribuzione dei punteggi alle Ditte partecipanti al lotto n.1: nel corso della lettura ritiene necessario chiedere dei chiarimenti in merito alla offerta tecnica della Ditta Agilent Technologies Italia S.p.a., come di seguito formulato:

Si chiede di indicare, ai fini della valutazione qualitativa del criterio n. 2 "Ingombro rispetto agli spazi del Laboratorio", in quale punto della documentazione tecnica presentata sia reperibile il dato dell'ingombro del sistema proposto nel suo complesso.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12:30

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Il segretario verbalizzante

Dr. Federico Bressan

Presidente

Dr.ssa Francesca Bacciorri

Componenti

Dr.ssa Roberta Pozzobon

Dr.ssa Monia Niero

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most stylized, the middle one is more legible, and the bottom one is also stylized.

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

Verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 del mese di novembre alle ore 10:00, presso la sala riunioni della U.O.C. Anatomia e Istologia patologica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, P.O. di Treviso, si è riunita in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1672 del 25/07/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Presidente:

- **Dott.ssa Francesca Baciocchi:** Dirigente Medico U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso

Componenti:

- **Dott.ssa Roberta Pozzobon:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Coordinatrice U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso
- **Dott.ssa Monia Niero:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, U.O.C., Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Conegliano

Il Segretario verbalizzante, individuato dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, è il Dr. Federico Bressan.

La Commissione Giudicatrice prosegue l'analisi della documentazione tecnica ai fini della valutazione e attribuzione dei punteggi alle Ditte partecipanti al lotto n.1: nel corso della lettura ritiene necessario chiedere dei chiarimenti in merito alla offerta tecnica della Ditta Agilent Technologies Italia S.p.a., come di seguito formulato:

Si chiede di indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata sia reperibile l'esatta configurazione complessiva del sistema proposto, per ciascuna sede, per l'esecuzione di n.55.000 test/anno per il P.O. di Treviso, e all'esecuzione di n. 22.000 test/anno per il P.O. di Conegliano, come previsto nel punto 1 del Capitolato Speciale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 11:00.
Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Il segretario verbalizzante

Dr. Federico Bressan

Presidente

Dr.ssa Francesca Baciocchi

Componenti

Dr.ssa Roberta Pozzobon

Dr.ssa Monia Niero



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is 'F. Bressan', the second is 'Francesca Baciocchi', and the third is 'Monia Niero'.

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

Verbale n. 6 della Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventicinque, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 10:00, presso la sala riunioni della U.O.C. Anatomia e Istologia patologica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, P.O. di Treviso, si è riunita in seduta riservata, avvalendosi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale mediante videoconferenza la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1672 del 25/07/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Presidente:

- **Dott.ssa Francesca Baciocchi:** Dirigente Medico U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso

Componenti:

- **Dott.ssa Roberta Pozzobon:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Coordinatrice U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso
- **Dott.ssa Monia Niero:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, U.O.C., Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Conegliano

Il Segretario verbalizzante, individuato dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, è il Dr. Federico Bressan.

La Commissione Giudicatrice prosegue con la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti partecipanti al **lotto n.1**; preso atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta Agilent Technologies Italia Spa, forniti su Piattaforma Sintel Id 209509474 in data 31/10/2025, e Id 210498252 in data 21/11/2025, a seguito di richieste formalizzate in data 29/10/2025 Id 209388836 e in data 21/11/2025 id 210498252, l'esito delle valutazioni della Commissione, espresso all'unanimità, sulla base dei parametri di cui al punto 17 del Disciplinare di gara e la relativa attribuzione dei giudizi, rispettivi coefficienti e punteggi finali, vengono riepilogati nella **tabella allegata (Allegato 1), facente parte integrante del presente verbale, e qui di seguito riassunto:**

<u>DITTA</u>	<u>ESITO VALUTAZIONE TECNICA</u>
Leica Microsystems srl	ammessa all'apertura della offerta economica con punti 66,5/70
Roche diagnostics spa	ammessa all'apertura della offerta economica con punti 45,20/70
Agilent Technologies spa	ammessa all'apertura della offerta economica con punti 58,40/70

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 11:00.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Successivamente la componente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Roberta Pozzobon, invierà la dichiarazione di partecipazione alla riunione telematica odierna, contenente l'approvazione del presente verbale del quale le dichiarazioni faranno parte integrante. (Allegato n. 1).

Il segretario verbalizzante

Dr. Federico Bressan


Presidente

Dr.ssa Francesca Baciocchi

Componenti

Dr.ssa Monia Niero

Dr.ssa Roberta Pozzobon (Dichiarazione allegata)



"LOTTO 1 - SISTEMI DI ESECUZIONE DI ANALISI DI IMMUNOISTOCHEMICA"

N	DITTE	Leica Microsystems S.r.l.	Roche Diagnostics S.p.a.	Agilent Technologies Italia S.p.a.
1	TIPOLOGIA DI CRITERIO	Operatività del sistema in termini di semplicità di utilizzo (intuitività ed immediatezza dei comandi, indicazioni allarmi visivi/acustici ed interfaccia verso l'utente)		
	PUNTEGGIO MASSIMO	12		
	DISCREZIONALE			
		L'apparecchiatura Bond Prime è dotata di: allarmi sonori/visivi, e di touch screen che presenta un'interfaccia intuitiva e di facile comprensione da parte dell'utente. Il giudizio espresso è eccellente.	L'apparecchiatura Benchmark Ultra Plus presenta allarmi sonori e visivi e presenza di touch screen permettendo un facile accesso al sistema operativo, sebbene la grafica dell'interfaccia risulti non del tutto intuitiva. Il giudizio espresso è discreto.	L'apparecchiatura Dako Omnis è dotata di: allarmi sonori/visivi, e di touch screen che presenta un'interfaccia intuitiva e di facile comprensione da parte dell'utente, tuttavia la presenza di un bracciale mobile che collega lo schermo touch screen al corpo principale dello strumento rende più indaginoso l'utilizzo dello strumento. Il giudizio espresso è buono.
		COEFFICIENTE ATTRIBUITO 1,00	COEFFICIENTE ATTRIBUITO 0,70	COEFFICIENTE ATTRIBUITO 0,80
	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 12,00	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 8,40	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 9,60	
2	TIPOLOGIA DI CRITERIO	Ingombro rispetto agli spazi del laboratorio		
	PUNTEGGIO MASSIMO	5		
	DISCREZIONALE			
		Per l'applicazione del criterio, considerato che le sedi di destinazione sono n.2, ossia il laboratorio di Treviso e il laboratorio di Conegliano, si rende necessario attribuire ai concorrenti un punteggio all'ingombro rispetto agli spazi del laboratorio di Treviso, e un punteggio all'ingombro rispetto agli spazi del laboratorio di Conegliano. Il punteggio finale attribuito ai concorrenti sarà la media aritmetica tra il punteggio attribuito per il laboratorio di Treviso e il punteggio attribuito per il laboratorio di Conegliano, come riportato di seguito. L'ingombro rilevato dalla documentazione trasmessa dalle Ditte rispetto agli spazi del laboratorio di Treviso, il relativo giudizio e il punteggio attribuito sono i seguenti: - Leica Microsystems s.r.l., ingombro complessivo pari a 2,824 mc. Il giudizio espresso è eccellente (coefficiente 1), pertanto il punteggio attribuito è di 5 punti; - Roche Diagnostics S.p.a., ingombro complessivo pari a 6,468 mc. Il giudizio espresso è non del tutto sufficiente (coefficiente 0,4), pertanto il punteggio attribuito è di 2 punti; - Agilent Technologies Italia S.p.a., ingombro complessivo pari a 4,248 mc. Il giudizio espresso è più che sufficiente (coefficiente 0,6), pertanto il punteggio attribuito è di 3 punti. L'ingombro rilevato dalla documentazione trasmessa dalle Ditte rispetto agli spazi del laboratorio di Conegliano, il relativo giudizio e il punteggio attribuito sono i seguenti: - Leica Microsystems s.r.l., ingombro complessivo pari a 1,412 mc. Il giudizio espresso è eccellente (coefficiente 1), pertanto il punteggio attribuito è di 5 punti; - Roche Diagnostics S.p.a., ingombro complessivo pari a 3,234 mc. Il giudizio espresso è non del tutto sufficiente (coefficiente 0,4), pertanto il punteggio attribuito è di 2 punti; - Agilent Technologies Italia S.p.a., ingombro complessivo pari a 2,124 mc. Il giudizio espresso è più che sufficiente (coefficiente 0,6), pertanto il punteggio attribuito è di 3 punti. - Leica Microsystems s.r.l. IngombroTreviso = 5 punti, Ingombro Conegliano = 5 punti: media aritmetica = 5 punti; - Roche Diagnostics S.p.a. IngombroTreviso = 2 punti, Ingombro Conegliano = 2 punti: media aritmetica = 2 punti; - Agilent Technologies Italia S.p.a. IngombroTreviso = 3 punti, Ingombro Conegliano = 3 punti: media aritmetica = 3 punti.		
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO 5,00	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2,00	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3,00
3	TIPOLOGIA DI CRITERIO	Velocità media di esecuzione di protocolli di IHC comprensivi di sparaffinatura, smascheramento antigenico, e controcolorazione		
	PUNTEGGIO MASSIMO	5		
	DISCREZIONALE			
		Considerando che i tempi indicati dalla Ditta, nella documentazione tecnica trasmessa, sono di 95 minuti di corsa minima sino a 130 minuti a pieno carico, si calcola il tempo medio pari a 112, 5 minuti. Il giudizio espresso è eccellente.	Considerando che i tempi indicati dalla Ditta, nella documentazione tecnica trasmessa, sono di 120 minuti di corsa minima sino a 150 minuti a pieno carico si calcola il tempo medio pari a 135 minuti. Il giudizio espresso è buono.	Considerando che i tempi indicati dalla Ditta, nella documentazione tecnica trasmessa, sono di 89 minuti di corsa minima sino a 150 minuti a pieno carico, si calcola il tempo medio pari a 119, 5 minuti. Il giudizio espresso è ottimo.
		COEFFICIENTE ATTRIBUITO 1,00	COEFFICIENTE ATTRIBUITO 0,80	COEFFICIENTE ATTRIBUITO 0,90
	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 5,00	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 4,00	PUNTEGGIO ATTRIBUITO 4,50	

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

4	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Flessibilità dei protocolli		
	DISCREZIONALE	2			
			La ditta offre la possibilità di personalizzare i protocolli con flessibilità, in particolare con riferimento alla fase di pre trattamento e incubazione, il range di intervento offerto risulta eccellente.	La ditta offre la possibilità di personalizzare i protocolli con flessibilità, sebbene con riferimento alla fase di pre trattamento e incubazione, il range di intervento offerto risulti limitato.	La ditta offre la possibilità di personalizzare i protocolli con flessibilità, in particolare con riferimento alla fase di pre trattamento e incubazione, il range di intervento offerto risulta eccellente.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			1,00	0,90	1,00
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
		2,00	1,80	2,00	
5	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Sistema polivalente in grado di effettuare più metodiche di colorazione contemporaneamente ed in completa automazione senza alcun intervento manuale dell'operatore: IHC, IF, CISH, FISH.		
	TABELLARE	4	- 1 metodica=0 punti; - da 2 a 3 metodiche=2; - punti 4 metodiche=4		
			Presenti le metodiche IHC, IF, CISH.	presenti tutte le metodiche	presenti tutte le metodiche
			PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
			2,00	4,00	4,00
6	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Capacità di carico in contemporanea di anticorpi primari diversi		
	DISCREZIONALE	4			
			Facendo riferimento alla capacità di carico del singolo strumento, si attribuisce un giudizio eccellente in quanto l'apparecchiatura Bond Prime, offerta dalla Ditta, consente di caricare contemporaneamente sino a 63 anticorpi primari diversi.	Facendo riferimento alla capacità di carico del singolo strumento, si attribuisce un giudizio sufficiente in quanto l'apparecchiatura Benchmark Ultra Plus, offerta dalla Ditta, consente di caricare contemporaneamente sino a 29 anticorpi primari diversi.	Facendo riferimento alla capacità di carico del singolo strumento, si attribuisce un giudizio buono in quanto l'apparecchiatura Dako Omnis, offerta dalla Ditta, consente di caricare contemporaneamente sino a 54 anticorpi primari diversi.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			1,00	0,50	0,80
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
		4,00	2,00	3,20	
7	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Capacità di carico totale in contemporanea di vetrini per corsa.		
	DISCREZIONALE	4			
			Facendo riferimento alla capacità di carico del singolo strumento, si attribuisce un giudizio buono in quanto l'apparecchiatura Bond Prime, offerta dalla ditta, ha una capacità di carico totale in contemporanea di vetrini per corsa pari a 48 vetrini.	Facendo riferimento alla capacità di carico del singolo strumento, si attribuisce un giudizio sufficiente in quanto l'apparecchiatura Benchmark Ultra Plus, offerta dalla ditta, ha una capacità di carico totale in contemporanea di vetrini per corsa pari a 30 vetrini.	Facendo riferimento alla capacità di carico del singolo strumento, si attribuisce un giudizio eccellente in quanto l'apparecchiatura Dako Omnis, offerta dalla ditta, ha una capacità di carico totale in contemporanea di vetrini per corsa pari a 60 vetrini.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			0,80	0,50	1,00
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
		3,20	2,00	4,00	

BB
 L
 S
 RB

8	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Metodo con cui la strumentazione effettua la doppia colorazione: solo sequenziale; sequenziale e parallela.		
	TABELLARE	4	solo sequenziale=2 punti; sequenziale e parallela = 4 punti.		
			sequenziale e parallela	sequenziale e parallela	sequenziale e parallela
			PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
			4,00	4,00	4,00
9	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Presenza di sistema attivo di misurazione dei volumi tramite sonda/sensore per ogni singolo reagente/contenitore caricato on board; calcolo reale e automatico del numero dei test eseguibili.		
	TABELLARE	5	presenza caratteristica =5 punti; assenza caratteristica=0 punti		
			Lo strumento offerto è dotato di un sistema attivo di misurazione dei volumi tramite sonda per ogni singolo reagente/contenitore caricato on board, e di calcolo reale e automatico del numero dei test eseguibili.	Lo strumento offerto non è dotato di un sensore/sonda per la misurazione dei reagenti (anticorpi/sonde) da dispensare sul vetro. Pertanto non è presente la caratteristica.	Lo strumento offerto è dotato di un sistema attivo di misurazione dei volumi tramite sonda per ogni singolo reagente/contenitore caricato on board, e di calcolo reale e automatico del numero dei test eseguibili.
			PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
			5,00	0,00	5,00
10	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Verrà premiata la presenza di un sistema di scarico dei reagenti in taniche separate tra scarichi tossici e non tossici, nonché la quantità ridotta di reflui prodotti, con particolare riferimento alla tutela all'ambiente e dell'operatore		
	DISCREZIONALE	6			
			La proposta prevede un sistema di scarico dei reagenti in taniche separate tra scarichi tossici/non tossici; il sistema produce 57 ml di rifiuti tossici per vetrino eseguito. Pertanto si attribuisce un giudizio eccellente.	La proposta prevede un sistema di scarico dei reagenti in taniche separate tra scarichi tossici/non tossici; il sistema produce 138 ml di rifiuti tossici per vetrino eseguito. Pertanto si attribuisce un giudizio sufficiente.	La proposta prevede un sistema di scarico dei reagenti in taniche separate tra scarichi tossici/non tossici; il sistema produce 322 ml di rifiuti tossici per vetrino eseguito. Pertanto si attribuisce un giudizio scarso.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			1,00	0,50	0,20
			PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
			6,00	3,00	1,20
11	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Modalità con cui la strumentazione è in grado di evitare lo scambio di reagenti e vetrini garantendo il maggiore livello di tracciabilità		
	DISCREZIONALE	5			
			Il sistema garantisce l'accoppiamento vetrino/anticorpo mediante lettura di QR code, così come l'alloggiamento corretto delle taniche dei reagenti sempre mediante QR code, limitando al minimo lo scambio di reagenti e vetrini e garantendo un eccellente livello di tracciabilità.	Il sistema garantisce l'accoppiamento vetrino/anticorpo mediante lettura di QR code limitando al minimo l'errato accoppiamento, mentre l'alloggiamento corretto delle taniche dei reagenti è garantito mediante identificazione con colorazioni diversificate delle taniche garantendo un livello di tracciabilità più che sufficiente.	Il sistema garantisce l'accoppiamento vetrino/anticorpo mediante lettura di QR code, così come l'alloggiamento corretto delle taniche dei reagenti sempre mediante QR code, limitando al minimo lo scambio di reagenti e vetrini e garantendo un eccellente livello di tracciabilità.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			1,00	0,60	1,00
			PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
			5,00	3,00	5,00

BR h g r

12	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Fornitura di reagenti per la corsa di colorazione pronti all'uso, che garantiscano il minimo/nullo intervento dell'operatore (es. preparazione a bordo dei tamponi di lavaggio e dei cromogeni).		
	DISCREZIONALE	4			
			Tutti i reagenti per la corsa di colorazione sono o pronti all'uso o vengono direttamente preparati a bordo dello strumento non prevedendo intervento da parte dell'operatore. Il giudizio espresso è eccellente.	Tutti i reagenti per la corsa di colorazione sono pronti all'uso sebbene la miscelazione per la preparazione dei tamponi non avvenga on board prevedendo più interventi da parte dell'operatore. Il giudizio espresso è discreto.	Tutti i reagenti per la corsa di colorazione sono pronti all'uso sebbene la miscelazione per la preparazione dei tamponi non avvenga on board con richiesta di minimo intervento da parte dell'operatore. Il giudizio espresso è buono.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			1,00 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 4,00	0,70 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2,80	0,80 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3,20
13	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Assistenza tecnica e servizio post vendita: eventuali migliorie offerte, rispetto al minimo richiesto nel Capitolato Speciale, ritenute di interesse da parte della stazione appaltante.		
	DISCREZIONALE	3			
			L'Assistenza tecnica e il servizio di post vendita proposti soddisfano i requisiti richiesti, con particolare riferimento al servizio di assistenza da remoto e al tempo di risposta (n. 24 ore solari dal lunedì al venerdì e n. 48 ore solari nei giorni prefestivi) dalla richiesta di intervento. Il giudizio espresso è ottimo.	L'Assistenza tecnica e il servizio di post vendita proposti soddisfano i requisiti richiesti, in particolare la ditta propone un tempo di intervento di n. 8 ore dalla richiesta di intervento, inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale (n. 24 ore solari dal lunedì al venerdì e n. 48 ore solari nei giorni prefestivi). Il giudizio espresso è eccellente.	L'Assistenza tecnica e il servizio di post vendita proposti soddisfano i requisiti richiesti, con particolare riferimento al servizio di assistenza da remoto e al tempo di risposta (n. 24 ore solari dal lunedì al venerdì e n. 48 ore solari nei giorni prefestivi) dalla richiesta di intervento. Il giudizio espresso è ottimo.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			0,90 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2,70	1,00 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3,00	0,90 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2,70
14	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Modalità di caricamento dei vetri. Verrà premiato il sistema che presenti possibilità di caricamento in batch, in continuo e a singolo vetro con protocollo indipendente.		
	DISCREZIONALE	4			
			Il sistema proposto consente il caricamento dei vetri mediante tutte le modalità richieste. Facendo particolare riferimento alla modalità "batch" il sistema permette di caricare nello stesso momento, singolarmente, più vetri appartenenti alla stessa categoria/caso con possibilità di identificarli come gruppo durante tutte le fasi di colorazione. Il giudizio espresso è ottimo.	Il sistema proposto consente il caricamento dei vetri mediante tutte le modalità richieste, fatta eccezione per la modalità "batch". Il giudizio espresso è discreto.	Il sistema proposto consente il caricamento dei vetri mediante tutte le modalità richieste. Facendo particolare riferimento alla modalità "batch" il sistema permette di caricare nello stesso momento e fisicamente raggruppati, più vetri appartenenti alla stessa categoria/caso con possibilità di identificarli come gruppo durante tutte le fasi di colorazione. Il giudizio espresso è eccellente.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			0,90 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3,60	0,70 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2,80	1,00 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 4,00
15	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	Modalità di copertura del vetrino durante tutto il processo di colorazione in modo da garantire una distribuzione del reagente uniforme e una colorazione ottimale.		
	DISCREZIONALE	3			
			Il sistema di modalità di copertura del vetrino proposto dalla ditta garantisce, mediante sistema dinamico/attivo, una colorazione ottimale ed uniforme del preparato. Il giudizio espresso è eccellente.	Il sistema di modalità di copertura del vetrino proposto dalla ditta garantisce, mediante sistema dinamico/attivo, una colorazione ottimale ed uniforme del preparato. Il metodo proposto tuttavia richiede un passaggio aggiuntivo da parte dell'operatore per il risciacquo del vetrino dopo la colorazione. Il giudizio espresso è buono.	Il sistema di modalità di copertura del vetrino proposto dalla ditta garantisce, mediante sistema dinamico/attivo, una colorazione ottimale ed uniforme del preparato. Il giudizio espresso è eccellente.
			COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO
			1,00 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3,00	0,80 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 2,40	1,00 PUNTEGGIO ATTRIBUITO 3,00
PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO		66,50	45,20	58,40	





PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Pozzobon, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 01/12/2025 dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 6 della Commissione Giudicatrice del 01/12/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 01/12/2025

Firma del dichiarante



AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 37 31100 TREVISO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

Verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventisei, il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 11:40, si è riunita in seduta riservata, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale mediante videoconferenza, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1672 del 25/07/2025, con i compiti definiti dal Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Presidente:

- **Dott.ssa Francesca Baciocchi:** Dirigente Medico U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso

Componenti:

- **Dott.ssa Roberta Pozzobon:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Coordinatrice U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Treviso
- **Dott.ssa Monia Niero:** Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, U.O.C., Anatomia e Istologia Patologica P.O. di Conegliano

Il Segretario verbalizzante, individuato dal Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, è il Dr. Federico Bressan.

In data 01/12/2025 la Commissione Giudicatrice ha concluso la valutazione qualitativa del Lotto n.1, come risulta dai verbali n. 1 del 13/08/2025, n. 2 del 22/08/2025, n. 3 del 16/09/2025, n.4 del 10/10/2025, n.5 del 14/11/2025 e n.6 del 01/12/2025 acquisiti agli atti.

La Commissione prende atto che, come previsto al punto 21 del Disciplinare di gara, la U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, successivamente alla conclusione dei lavori, ha proceduto a caricare a sistema i punteggi tecnici complessivi attribuiti alle ditte partecipanti per il Lotto n.1, risultanti dal predetto verbale n.6 e relativa scheda allegata.

Le Ditte ammesse alla fase di apertura dell'offerta economica del Lotto n.1, risultano le seguenti:

DITTA	Punteggio qualità
Leica Microsystems srl	66,5/70
Agilent Technologies spa	58,40/70
Roche diagnostics spa	45,20/70

In data odierna la Commissione Giudicatrice procede, quindi, con l'assistenza del personale dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, all'apertura delle buste ed al download dalla piattaforma SINTEL delle offerte economiche delle Ditte.

La Commissione Giudicatrice prosegue, secondo quanto previsto al punto 21 del Disciplinare di gara, alla verifica delle offerte economiche presentate, con esito positivo. Pertanto tutte le offerte presentate vengono ammesse.

L'importo complessivo offerto (IVA esclusa), per il periodo di 48 mesi, risulta dalla tabella sotto riportata:

DITTE	IMPORTO COMPLESSIVO PER 48 MESI (IVA ESCLUSA)
Leica Microsystems srl	€ 2.020.000,00
Agilent Technologies spa	€ 2.000.080,00
Roche diagnostics spa	€ 2.128.200,00

Il sistema, dopo aver attribuito automaticamente il punteggio economico sulla base dell'applicazione della formula di cui all'art. 17.3 del Disciplinare di gara, a seguito delle suddette operazioni, ha permesso di visualizzare la seguente classificazione delle offerte ammesse del Lotto n.1:

DITTA	Punteggio qualità	Punteggio economico	Punteggio complessivo	Importo complessivo euro per 48 mesi (iva esclusa)
Leica Microsystems srl	66,5/70	28,4/30	94,90	€ 2.020.000,00
Agilent Technologies spa	58,40/70	30/30	88,40	€ 2.000.080,00
Roche diagnostics spa	45,20/70	15,05/30	60,25	€ 2.128.200,00

La Commissione Giudicatrice prosegue con la verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi del punto 22 del Disciplinare di Gara.

La Commissione rileva che l'offerta della Leica Microsystems srl, collocatasi prima in graduatoria, appare anormalmente bassa in quanto in quanto sia i punti riferiti al punteggio economico sia i punti riferiti al punteggio tecnico sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

La Commissione Giudicatrice dispone che venga data comunicazione al R.U.P. ai fini della verifica della presunta anomalia, come previsto all'art. 22 del disciplinare di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12:35.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale dal Segretario Verbalizzante, Dr. Federico Bressan che viene letto ed approvato.

Successivamente il Presidente ed i componenti della Commissione Giudicatrice invieranno la dichiarazione di partecipazione alla riunione telematica odierna, contenente l'approvazione del presente verbale del quale le dichiarazioni faranno parte integrante. (Allegato n. 1).

Il segretario verbalizzante

Dr. Federico Bressan



Presidente
Componenti

Dr.ssa Francesca Baciocchi (Dichiarazione allegata)
 Dr.ssa Roberta Pozzobon (Dichiarazione allegata)
 Dr.ssa Monia Niero (Dichiarazione allegata)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE


La sottoscritta Dott.ssa Monia Niero, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 16/01/2026 dalle ore 11:40 alle ore 12:35. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice del 16/01/2026/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 16/01/2026

Firma del dichiarante



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Pozzobon, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 16/01/2026 dalle ore 11:40 alle ore 12:35. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice del 16/01/2026/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 16/01/2026

Firma del dichiarante



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHEMICHE ED ISTOCHEMICHE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Baciocchi, con la presente dichiara di aver partecipato, per via telematica mediante videoconferenza, alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, tenutasi in data 16/01/2026 dalle ore 11:40 alle ore 12:35. Dichiara, altresì, di approvare e sottoscrivere il relativo verbale redatto dal Segretario Verbalizzante.

La presente dichiarazione viene allegata al Verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice del 16/01/2026/08/2025, quale parte integrante e contestuale dello stesso.

La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data, 16/01/2026

Firma del dichiarante



