

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI AUTOMATICI PER ESECUZIONI DI REAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE" PER L'AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA, DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA, SEDI DI TREVISO E CONEGLIANO, PER IL PERIODO DI 48 MESI

Chiarimento n. 2

Quesito 1

Lotto n.1

Spett.le Ente, in riferimento al DG (pag 32) "L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza."

Nell'Allegato A - Elenco Anticorpi, in alcuni casi sono espressamente indicati i cloni da offrire: si chiede conferma che, nel rispetto del principio di equivalenza, si possano offrire cloni equivalenti pur rimanendo valido il diritto dell'ente appaltante di chiedere fornitura di cloni equivalenti qualora quelli offerti non garantissero la performance auspicata, senza ulteriori oneri per l'ente appaltante.

Risposta al quesito 1

La risposta è positiva.

Si conferma quanto già previsto al punto 3 delle CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ANTICORPI PRIMARI A PENA DI ESCLUSIONE del Capitolato Speciale, pag. 5, ossia:

"Devono essere forniti i cloni di più larga diffusione supportati da adeguata documentazione scientifico-bibliografica o valutata performance, prodotti in controlli di qualità esterni (nordiQC, UKneqas o EQA). L'ente appaltante si riserva di chiedere fornitura di cloni equivalenti qualora quelli offerti non garantissero la performance auspicata, senza ulteriori oneri per l'Azienda;"

nonché quanto previsto dal Disciplinare di gara punto 15 "CONTENUTO DELLA BUSTA 2 -OFFERTA TECNICA- STEP 2", pag. 32 ossia: "L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza."

Chiarimento n. 3

Quesito 1

Lotto n.1

Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, e in particolare al seguente requisito tecnico riportato nella documentazione di gara: "Il sistema deve effettuare colorazioni di immunoistochimica, immunofluorescenza e doppie colorazioni, su materiale incluso in paraffina, congelati-sezioni criostatiche, citologici convenzionali e in strato sottile, in totale automazione in un'unica corsa e senza intervento da parte dell'operatore." la scrivente impresa desidera sottoporre alla Vostra cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimento:

È necessario che la possibilità di effettuare colorazioni su sezioni congelate-criostatiche sia espressamente certificata nella documentazione tecnica ufficiale che accompagna la strumentazione offerta (es. manuali d'uso, schede tecniche, certificazioni di conformità), oppure è ritenuta sufficiente una dichiarazione in carta libera rilasciata dal fornitore? Tale chiarimento si rende necessario al fine di garantire la corretta interpretazione del requisito e predisporre un'offerta pienamente conforme alle specifiche richieste.

Risposta al quesito 1

Essendo una caratteristica minima pena l'esclusione, il possesso della caratteristica stessa deve risultare espressamente dalla documentazione tecnica richiesta al punto 15 del Disciplinare di gara "CONTENUTO DELLA BUSTA 2 -OFFERTA TECNICA- STEP 2" **ovvero** mediante dichiarazione da rendersi nella relazione punto per punto di cui alla lettera A2), che va firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore/institore o dichiarazione da rendersi a parte.

Chiarimento n. 4

Quesito 1

Lotto n.1

In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elencoanticorpi' si chiede di specificare se gli anticorpi alla RIGA 147 'FH' e alla RIGA 332 'Fumarate Hydratase' fanno riferimento allo stesso target proteico, si chiede quindi se sia da considerarne solo uno dei due. In caso contrario si chiede di chiarire l'anticorpo richiesto.

Risposta al quesito 1

Gli anticorpi alla RIGA 147 'FH' e alla RIGA 332 'Fumarate Hydratase' fanno riferimento allo stesso target proteico; si conferma che é possibile considerarne solo uno dei due.

Quesito 2

Lotto n.1

In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elencoanticorpi' si chiede di specificare se gli anticorpi alla RIGA 34 'BRG1' e alla RIGA 274 'SMAD4' fanno riferimento allo stesso target proteico, si chiede quindi se sia da considerarne solo uno dei due. In caso contrario si chiede di chiarire l'anticorpo richiesto.

Risposta al quesito 2

Gli anticorpi alla RIGA 34 'BRG1' e alla RIGA 274 'SMAD4' non fanno riferimento allo stesso target proteico.

L'anticorpo "SMAD4" (riga 274) fa riferimento all'anticorpo "DPC4" (riga 132) pertanto si chiede di considerare solo uno dei due.

Quesito 3

In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elencoanticorpi' si chiede di specificare se gli anticorpi alla RIGA 164 'GH' e alla RIGA 319 'HGH' fanno riferimento allo stesso target proteico, si chiede quindi se sia da considerarne solo uno dei due. In caso contrario si chiede di chiarire l'anticorpo richiesto.

Risposta al quesito 3

Gli anticorpi alla RIGA 164 'GH' e alla RIGA 319 'HGH' fanno riferimento allo stesso target proteico.

Quesito 4

In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elenco anticorpi' si chiede di specificare se gli anticorpi alla RIGA 264 'Racemasi' e alla RIGA 312 'AMACR' fanno riferimento allo stesso target proteico, si chiede quindi se sia da considerarne solo uno dei due. In caso contrario si chiede di chiarire l'anticorpo richiesto.

Risposta al quesito 4

Gli anticorpi alla RIGA 264 'Racemasi' e alla RIGA 312 'AMACR' fanno riferimento allo stesso target proteico.

Quesito 5

In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elenco anticorpi' si chiede di specificare se gli anticorpi alla RIGA 286 'T-Pit' e alla RIGA 297 'TPIT' fanno riferimento allo stesso target proteico, si chiede quindi se sia da considerarne solo uno dei due. In caso contrario si chiede di chiarire l'anticorpo richiesto.

Risposta al quesito 5

Gli anticorpi alla RIGA 286 'T-Pit' e alla RIGA 297 'TPIT' fanno riferimento allo stesso target proteico, quindi è possibile considerarne solo uno dei due.

Quesito 6

In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elenco anticorpi' si chiede di specificare un clone o un più specifico target proteico per l' anticorpo indicato alla RIGA 123 'CyM1'.

Risposta al quesito 6

La riga 123 CyM1 è da intendersi un REFUSO, pertanto non va considerata ai fini dell'offerta.

Quesito 7

In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elenco anticorpi' si chiede di confermare che l' anticorpo alla RIGA 246 'PCR' faccia riferimento al target proteico 'C Reactive Protein'. In caso contrario si chiede di chiarire l'anticorpo richiesto.

Risposta al quesito 7

L' anticorpo alla RIGA 246 'PCR' fa riferimento al target proteico 'C Reactive Protein'.

Quesito 8

Chiarimento n.16 In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elenco anticorpi' si chiede di specificare se l' anticorpo alla RIGA 318 'HFN1' faccia riferimento al target proteico HNF1-alpha o HNF1-beta.

Risposta al quesito 8

L' anticorpo alla RIGA 318 'HFN1' fa riferimento al target proteico HNF1-alpha.

Quesito 9

Chiarimento n.17 In riferimento alla tabella presente nell'allegato A - 'Elenco anticorpi' si chiede di comunicare un'alternativa o la possibilità di escludere dall'offerta l'anticorpo alla RIGA 222 'NB84a antineuroblastoma' in quanto lo stesso è stato discontinuato dalla ditta produttrice 'Abcam' e non risultano altri produttori dello stesso sul mercato.

Risposta al quesito 9

La riga 222 'NB84a antineuroblastoma' è da intendersi un REFUSO, pertanto non va considerata ai fini dell'offerta.

Chiarimento n. 5

Quesito 1

Lotto n.1

In riferimento alla voce 123 e all'anticorpo richiesto "Cym1", dopo una ricerca sul mercato non è stato trovato alcun test validato perimmunoistochimica (IHC). Si chiede pertanto di confermare per tale anticorpo la possibilità di offrirlo validato per altre metodiche, ma non per IHC. Altrimenti, si chiede di specificare in modo più approfondito il test richiesto per poterlo individuare e offrire

Risposta al quesito 1

Vedasi risposta 6 al quesito 6 del chiarimento n .4

Quesito 2

Lotto n.1

In riferimento alla voce 201 e all'anticorpo richiesto "Lipocolin", si chiede di confermare che si intende "Lipocalin". Altrimenti si chiede di specificare in modo più approfondito il test richiesto per poterlo individuare e offrire

Risposta al quesito 2

Si conferma che per l'anticorpo richiesto si intende Lipocalin.

Quesito 3

In riferimento alla voce 201 e all'anticorpo richiesto "NB84aantineuroblastoma", non essendoci cloni in commercio con la nomenclatura riportata, si chiede di confermare che si intende l'anticorpo che riconosce la proteina NBL1 (neuroblastoma suppressor of tumorigenicity 1) e quindi anti-NBL1. Altrimenti si chiede di specificare in modo più approfondito il test richiesto per poterlo individuare e offri

Risposta al quesito 3

Vedasi risposta 9 al quesito 9 del chiarimento n. 4

Chiarimento n. 6

Quesito 1

Lotto n.1

Spett.le Ente, si chiede conferma di poter fornire le schede di sicurezza in Inglese quando non disponibili in Italiano.

Risposta al quesito 1

E' possibile fornire le schede di sicurezza in inglese quando non disponibili in italiano.

Chiarimento n. 7

Quesito 1

Lotto n.1

In relazione al capitolato speciale, pagina 14, "gli ordini verranno emessi dai servizi competenti...", che esplicita la modalità di invio NSO mensile per la fatturazione dei test eseguiti, si chiede di confermare che in tale NSO verrà indicata la lista di tutti i prodotti (codici e quantità) richiesti nel mese direttamente dal laboratorio al fornitore, per consentire un corretto carico e scarico dei prodotti presenti nel magazzino, (consignment stock).

Risposta al quesito 1

No . si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara ossia che l'ordine in NSO si riferisce ai numeri di test eseguiti e non ai prodotti utilizzati.
L'elenco dei prodotti utilizzati nel mese potrà essere oggetto di monitoraggio mediante modalità da concordarsi con Laboratorio.

Quesito 2

Lotto n.1

In relazione a quanto previsto nel capitolato speciale, pagina 12, che esplicita la modalità di invio del materiale per il "consignment stock", si chiede la possibilità di poter effettuare più spedizioni, sempre con indicazione del vostro riferimento e dell'ordinativo a cui sono associati, in relazione al fatto che alcuni prodotti hanno origine di spedizione differenti (prodotti inviati da differenti magazzini).

Risposta al quesito 2

Fermo restando quanto previsto ossia che il materiale verrà ordinato dal Laboratorio e l'ordine in NSO si riferisce ai numeri di test eseguiti e non ai prodotti utilizzati, la possibilità di effettuare più spedizioni rientra nelle modalità di esecuzione del servizio, da concordarsi con il Laboratorio di riferimento.

Il responsabile unico del progetto
Dott. Giuseppe Magliocca



