

**U.O.C. Approvvigionamento e
gestione delle forniture di beni****CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "PROCESSATORI DI TESSUTI ISTOLOGICI, PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

L'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, come da programmazione relativa alle procedure di acquisto di beni e servizi da avviare nel corso degli anni 2025/2027, di cui alla deliberazione del direttore generale n. 708 del 28/03/2025, intende avviare una procedura d'appalto per l'affidamento della fornitura in service di "Processatori di tessuti istologici, per l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, da destinare alla U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, per il periodo di 48 mesi, con facoltà di eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi".

La presente consultazione preliminare di mercato è indetta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2024 e s.m.i., al fine di raccogliere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni, suggerimenti di carattere tecnico utili alla preparazione dell'eventuale procedimento selettivo e per una più compiuta conoscenza del mercato.

Tale raccolta di informazioni è finalizzata a prestare il migliore apporto conoscitivo ed informativo relativamente alle soluzioni tecniche ed organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate e per l'individuazione dei requisiti di accesso prescritti per gli operatori economici.

Si chiede pertanto, agli operatori economici interessati, l'invio della seguente documentazione:

- Contributi/osservazioni, consulenze, relazioni, informazioni, ed altri documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo rispetto alla bozza di capitolato Speciale predisposta;
- fornire un elenco di Strutture Sanitarie ove sono state effettuate recenti aggiudicazioni analoghe alla fornitura descritta nella bozza di estratto di capitolato Speciale.

Si fornisce, quindi, bozza di estratto del Capitolato Speciale che viene pubblicata con il presente avviso sul sito Aziendale.

L'invio della documentazione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: **protocollo.aulss2@pecveneto.it** da porre all'attenzione dell'U.O.C. Approvvigionamento e Gestione delle Forniture di Beni.

La documentazione, sia in formato ".pdf" sia in formato ".word", dovrà essere inviata entro il giorno:

09/05/2025

Si precisa che le osservazioni pervenute sono prestate gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese.

In ogni caso i contributi forniti **non potranno** anticipare specifiche quotazioni afferenti alla fornitura oggetto dell'indagine che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della procedura che dovesse essere successivamente indetta.

La presente consultazione non costituisce per la Stazione Appaltante impegno alcuno circa il successivo avvio della procedura e il mancato intervento alla stessa non preclude in alcun modo la partecipazione alla procedura che dovesse essere indetta.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva di individuare la modalità più consona per l'espletamento della eventuale procedura e per la sottoscrizione del relativo contratto.

Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante l'indagine, saranno raccolti e conservati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti alla eventuale futura procedura correlata.

Si precisa che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito del committente, successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle osservazioni sopra indicate. Non saranno oggetto di pubblicazione sul profilo del committente eventuali schede tecniche, generiche manifestazioni di interesse o letteratura scientifica, fornite in sede di consultazione preliminare di mercato.

I soggetti che partecipano indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché di ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si indica il seguente contatto: U.O.C Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni – Dott. Federico Bressan, tel. 0422-323095

Il Direttore U.O.C. Approvvigionamento e
Gestione della fornitura di beni
-Dott. Giuseppe Magliocca-



Responsabile del Procedimento: Dr. Giuseppe Magliocca
Responsabile istruttoria: Dott.ssa Raffaella Zurlo
Referente per la pratica: Dott. Federico Bressan – 0422-323095 – federico.bressan@aulss2.veneto.it

Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana
Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso

CF/P.IVA 03084880263

Posta elettronica certificata:
protocollo.aulss2@pecveneto.it

ESTRATTO DI CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "PROCESSATORI DI TESSUTI ISTOLOGICI, PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA, PER IL PERIODO DI 48 MESI, CON FACOLTA' DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI".

1. OGGETTO, QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato è la fornitura in service di "Processatori di tessuti istologici" per l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, da destinare alla U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, per il periodo di 48 mesi, con facoltà di eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi".

Descrizione fabbisogno

Le apparecchiature sono destinate ai seguenti presidi ospedalieri:

- **U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, P.O. di Treviso;**
- **U.O.C Anatomia e Istologia Patologica, P.O. di Conegliano;**

e dovranno garantire una produttività stimata in n. 200.000 biocassette/anno P.O. di Treviso e n. 90.000 biocassette anno per il P.O. di Conegliano;

Si precisa che il numero di apparecchiature proposte deve supportare il volume di attività sopra indicato, per ciascuna sede.

La fornitura deve essere comprensiva di:

- Apparecchiature, accessori e tutti gli eventuali dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento delle stesse, (comprensivi di un numero di cestelli in acciaio almeno pari al doppio rispetto alle capacità di carico di ciascuna apparecchiatura);
- Tutti i reagenti, e i materiali di consumo, necessari alla processazione dei campioni previsti; a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti: biocassette, alcool, paraffina, xilolo;
- Servizio di assistenza tecnica full risk;
- Formazione del personale e supporto scientifico;
- Interfacciamento con il sistema informativo del laboratorio Pathoxweb di Tesi.

CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE

1. Strumenti automatici nuovi, identici tra loro e di ultima generazione/immissione sul mercato;
2. Strumenti a pavimento con sistema di ottimizzazione e gestione del controllo dell'usura del reagente;
3. Strumento con gestione automatica del cambio reagenti dotato di idonei allarmi per il cambio reagenti che impedisca così l'utilizzo di reagenti scaduti/esausti o errati;
4. Strumento con programmazione del menù in italiano tramite schermo a colori, touch screen resistente ai solventi con rappresentazione in real time dello stato del processatore;
5. Strumento con funzioni vuoto, pressione, vuoto/pressione, ed agitazione del reagente in camera;
6. Strumento con camera di processo in acciaio inox di capacità minima di 400 biocassette ordinate (capacità minima definita in base ai turni di lavoro della U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica);
7. Strumento con taniche reagenti in posizione frontale di capacità compresa tra 4 e 5 litri;
8. Strumento a ciclo chiuso con aspirazione interna, filtro a carbone attivo per la pulizia dell'aria espulsa dell'ambiente e predisposizione ad espulsione all'esterno;
9. Possibilità di programmare almeno 15 protocolli;
10. Strumento dotato di almeno 3 serbatoi di paraffina da minimo 4 litri con protocollo di pulizia paraffine;
11. Strumento con minimo n. 2 taniche reagenti dedicati esclusivamente alla pulizia dello strumento e minimo n. 9 taniche di reagenti dedicati alla processazione;
12. Strumento con possibilità di funzionare a carico parziale con utilizzo proporzionato di reagente;
13. Sistema munito di allarmi visivi e sonori.

2. CERTIFICAZIONI, NORME

I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento in funzione della destinazione d'uso prevista. In particolare:

- I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/745 ovvero delle Direttive CE/93/42 o CE/90/385 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 "disposizioni transitorie" del suddetto MDR, ed eventuali s.m.i.;
- I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di quanto previsto all'art. 110 "disposizioni transitorie" del suddetto IVDR così come modificate dal Regolamento 2022/112, ed eventuali s.m.i..