

## **Procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema SPECT-CT con rilevatori allo stato solido CZT da destinare all' U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. di Treviso**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

### **CHIARIMENTO N. 3**

#### **QUESITO N. 1**

In riferimento alla tabella dei criteri di valutazione e, in particolare, alla richiesta riportata nel disciplinare riguardante il "tempo di acquisizione per immagini 3D WB", al fine di standardizzare la valutazione di questo parametro, si richiede di confermare che il tempo di acquisizione indicato debba essere calcolato considerando le seguenti condizioni standard:

- **Paziente normopeso:** con BMI compreso tra 18 e 25

- **Range scansione:** 170cm

- **Isotopo utilizzato:** Tc-99m con un'attività standard di 740 MBq per scansione ossea.

- **Tempo totale di acquisizione:** comprensivo dei tempi di movimentazione e posizionamento dei rilevatori.

Poiché la qualità dell'immagine rappresenta una variabile qualitativa, che non può essere completamente standardizzata, riteniamo opportuno valutare la qualità immagine in fase di demo e rendere il punteggio assegnato a questo criterio discrezionale, anziché quantitativo.

Questa modifica consentirebbe una valutazione più equa e coerente, evitando che un tempo di acquisizione dichiarato molto breve sia associato a una qualità d'immagine insufficiente.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 1**

Si conferma che il tempo di acquisizione per immagini 3D WB deve essere calcolato considerando le condizioni sopra riportate. Si conferma altresì che il punteggio assegnato al relativo criterio di valutazione è di tipo quantitativo come da punto 19.1 del Disciplinare.

#### **QUESITO N. 2**

In riferimento alla richiesta riportata nel capitolato tra gli accessori a corredo, relativa al "monitor di persistenza orientabile", chiediamo conferma che si tratti di un refuso.

Tale accessorio, infatti, non è previsto sui sistemi tomografici multi-detettore, poiché non rientra tra le caratteristiche tecniche standard di questa tipologia di apparecchiature.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 2**

Si conferma che la richiesta relativa al monitor di persistenza orientabile è un refuso.

#### **QUESITO N. 3**

Confermare che il sistema UPS richiesto deve consentire di terminare l'esame di medicina nucleare e salvare i dati nell'intervallo di tempo necessario al gruppo elettrogeno centrale di entrare in funzione.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 3**

Si conferma che il sistema UPS richiesto deve consentire di terminare l'esame di MN e salvare i dati nell'intervallo di tempo necessario al gruppo elettrogeno centrale di entrare in funzione.

#### **QUESITO N. 4**

In riferimento alla richiesta riportata nel capitolato relativa alle 5 licenze concorrenti, desideriamo chiedere conferma che tale requisito sia da intendersi applicabile esclusivamente ai software di base per l'elaborazione. Per quanto riguarda invece il software avanzato di cardiologia, chiediamo di confermare il numero di utenti concorrenti.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 4**

Si conferma quanto richiesto e, per quanto riguarda il software avanzato di cardiologia, si comunica che il numero di utenti concorrenti previsto è pari a 1.

#### **QUESITO N. 5**

In fase di sopralluogo, abbiamo appreso della presenza di un server attualmente in dotazione al reparto, su cui risultano già installati software di radioterapia. Desideriamo chiedere conferma se sia possibile utilizzare tale server per l'installazione di ulteriori licenze software previste dalla fornitura. Inoltre, vi chiediamo di indicarci le caratteristiche tecniche del server (ad esempio, capacità di elaborazione, memoria, sistema operativo, ecc.) al fine di verificare la compatibilità con i software da installare.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 5**

Gli elementi esplicitati nel quesito non sono sufficienti per fornire una adeguata risposta.

#### **QUESITO N. 6**

Con riferimento all'aggiornamento tecnologico previsto dall'art. 3B del Capitolato speciale ("Durante il periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici, ciò previo benessere della Stazione appaltante") e dal punto h p. 34 del Disciplinare ("[...] la ditta si impegna ad aggiornare le apparecchiature fornite per raggiungere il livello del nuovo prodotto ovvero, se ciò fosse impossibile, a sostituirle con il modello più recente pena la decadenza dalla fornitura"), chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia offerto, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 6**

Gli aggiornamenti di cui ai punti citati sono riferiti ad aggiornamenti hardware e/o software inerenti la sicurezza e le funzionalità del sistema previste da configurazione offerta, non sono riferiti a dotazioni/funzionalità aggiuntive non espressamente richiesti da capitolato prestazionale, ovvero inclusi in offerta come migliorie.

#### **QUESITO N. 7**

Si chiede di precisare se il DUVRI e il file "Accordo privacy Spect" debbano essere restituiti firmati per presa visione.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 7**

Il Duvri ed il file "Accordo privacy Spect" dovranno essere sottoscritti dalla ditta aggiudicataria in fase di affidamento.

#### **QUESITO N. 8**

In merito all'art. 9 del modello "Accordo privacy Spect", al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione generale scritta preventiva ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di subresponsabili impiegati (tra cui società del Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero offrire interventi di supporto tecnico avanzato da remoto).

Si fa presente che la Scrivente ha intrapreso le misure necessarie a fornire una protezione adeguata in relazione ai dati inviati fuori dall'Area Economica Europea e tutti i trasferimenti saranno soggetti a un

meccanismo di trasferimento approvato dalle autorità dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e ss. del Reg. UE 679/2016 ([https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en)); ad oggi i trasferimenti dei dati sono coperti dalla norme vincolanti d'impresa (BCR - P, Binding Corporate Rules) approvate dal CNIL.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 8**

Si rimanda la questione alla fase di affidamento quando sarà richiesto alla ditta aggiudicataria di sottoscrivere l'Accordo Privacy.

#### **CHIARIMENTO N. 4**

##### **QUESITO N. 1**

In riferimento al Disciplinare di Gara Art. 19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA per l'elemento quantitativo (Q) Tempo di acquisizione per imaging 3D WB, si chiede di specificare le informazioni relative ai parametri di scansione e del paziente come: lunghezza della scansione (min. 175 cm dalla testa ai piedi), BMI del paziente, dose iniettata 300 – 740 MBq come suggerito nelle linee guida EANM.

##### **RISPOSTA AL QUESITO N. 1**

Si veda risposta al chiarimento n. 3, quesito 1.

##### **QUESITO N. 2**

In riferimento al Capitolato Spect TC completo punto 2. REQUISITI TECNICO QUALITATIVI, in merito capacità di post-elaborazione dinamica, si chiede se verranno valutate positivamente capacità di acquisizione e ricostruzione dinamica integrate (capacità di ricostruire i dati SPECT dinamici in loco sulla stessa console subito dopo il completamento dell'acquisizione SPECT dinamica)

##### **RISPOSTA AL QUESITO N. 2**

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

##### **QUESITO N. 3**

In riferimento al Disciplinare Spect TC completo – art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO, vista la complessità della fornitura con particolare riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Spect TC completo – Art. 2. REQUISITI TECNICO QUALITATIVI, paragrafo - Sistema di elaborazione/refertazione (quantità e configurazione postazioni di lavoro), per garantire una corretta ed equa partecipazione alla trattativa, si chiede di poter sottoporre offerte fino a concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo a base d'asta e quindi fino a 1.680.000,00 €.

##### **RISPOSTA AL QUESITO N. 3**

Si conferma l'importo di 1.400.000,00 euro a base di gara così come previsto nel Disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dr.ssa Patrizia Favero

