

# **Procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema SPECT-CT con rilevatori allo stato solido CZT da destinare all' U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. di Treviso**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

## **CHIARIMENTO N. 1**

### **QUESITO N. 1**

In riferimento al Capitolato Spect TC completo - punto 2. REQUISITI TECNICO QUALITATIVI, paragrafo - Sistema di elaborazione/refertazione, si chiede se le licenze per i pacchetti software Cardiologici e Neurologici devono essere usate su tutte le stazioni in contemporanea o si possono considerare licenze flottanti

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 1**

Con riferimento ai pacchetti software Cardiologici e Neurologici si possono considerare licenze flottanti

### **QUESITO N. 2**

In riferimento al Capitolato Spect TC completo - punto 2. REQUISITI TECNICO QUALITATIVI, paragrafo - Sistema di elaborazione/refertazione, si chiede di indicare i modelli e le specifiche tecniche (sistema operativo, processore, RAM, scheda video, Hard Disk?) delle 6 postazioni di lavoro esistenti.

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 2**

I modelli e le specifiche tecniche delle sei postazioni di lavoro esistenti sono dettagliati nell'Allegato A ai presenti chiarimenti.

### **QUESITO N. 3**

In riferimento al Capitolato Spect TC completo punto 2. REQUISITI TECNICO QUALITATIVI, paragrafo - Sistema di elaborazione/refertazione, a seguito di sopralluogo avvenuto in data 19-11-2024 si è individuato che una delle 6 postazioni di lavoro su cui installare gli applicativi, risulta essere un server di altra Ditta e quindi non è possibile installare altri applicativi, a tal proposito si chiede di indicare se esiste un'altra postazione o si debbano considerare solo 5 stazioni esistenti.

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 3**

Le sei postazioni da considerare sono quelle indicate nell'Allegato A ai presenti chiarimenti. Nessuna di queste è un server di altro fornitore.

### **QUESITO N. 4**

In riferimento al sopralluogo effettuato in data 19-11-2024, si chiede di ricevere planimetria dei locali (sala controllo, locale tecnico, e sala sistema) con indicazione delle canalizzazioni esistenti.

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 4**

Le planimetrie richieste sono allegate ai presenti chiarimenti.

### **QUESITO N. 5**

In riferimento al sopralluogo effettuato in data 19-11-2024, si chiede la possibilità di ricevere planimetria con indicazione dei percorsi per l'ingresso del sistema; sia soluzione con utilizzo montacarichi, di cui si chiede dimensioni e carico massimo, e sia soluzione con passaggio dall'esterno tramite finestra.

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 5**

Si vedano gli allegati in dwg e pdf dei livelli A e C con le indicazioni dei percorsi per raggiungere l' UOC Medicina Nucleare: in verde il percorso che prevede l'utilizzo del montalettighe (con portata 2000Kg e la cui

cabina misura l\*p\*h 1500\*2700\*2200, con porta di dimensioni 1300\*2100), in fucsia quello con l'impalcato esterno così come utilizzato per le RM. In entrambi i percorsi l'altezza libera massima è rappresentata dalle altezze delle porte (2100mm), così come la larghezza dipende ancora dai serramenti (1300mm).

## **CHIARIMENTO N. 2**

### **QUESITO N. 1**

A pagina 17 del disciplinare (rif. art. 11 GARANZIA PROVVISORIA), viene indicato dalla Spettabile SA che è necessario includere alla documentazione le certificazioni che concedono all'OE di usufruire delle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria. In considerazione del fatto che la scrivente usufruisce della riduzione del 50% perché appartenente alla categoria delle micro-piccole-medie imprese, si chiede gentilmente di indicare con che documentazione è possibile comprovare di usufruire di tale riduzione.

### **RISPOSTA AL QUESITO N. 1**

La comprova di essere una micro-piccola-media impresa deve essere resa tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione andrà fatta anche all'interno del DGUE nell'apposita sezione del documento. La verifica verrà effettuata dalla Stazione Appaltante.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dr.ssa Patrizia Favero

