

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI WORKSTATION PER LA REFERTAZIONE DI ESAMI RADIOLOGICI PER LA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

CHIARIMENTO N.1

QUESITO N.1

Buongiorno, con il presente per richiedere su quante sedi dovremo effettuare la consegna e saranno da consegnare al piano? A che piano dovremo consegnare il materiale? Inoltre chiedete l'installazione delle macchine, ma si parla anche di software? A quali software fate riferimento?

RISPOSTA QUESITO N. 1

La consegna dei beni oggetto della fornitura, a totale carico del contraente, dovrà essere effettuata prevalentemente presso i presidi ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto e, in via residuale, presso il distretto di Treviso. La consegna dovrà essere effettuata al piano che verrà indicato in sede di ordinativo. Si conferma che è richiesta l'installazione di software di varia natura, oltre al sistema operativo, e che l'attività di installazione di tali software è a totale carico dell'aggiudicatario. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: software associati al sistema RIS/PACS quali software di refertazione vocale, software di ricostruzione immagini, ecc.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO N.2

Spettabile Amministrazione, in riferimento alla procedura per l'acquisizione di workstation e display per refertazione siamo a chiedervi la possibilità di offrire prodotti conformi alla destinazione d'uso ed alle normative internazionali di riferimento che abbiano risoluzioni diverse da 8MP, (es 6MP e 3MP dual head) in quanto queste soluzioni sono ampiamente riconosciute e diffuse in campo nazionale ed internazionale.

RISPOSTA QUESITO N. 2

Il materiale richiesto deve rispettare i requisiti indicati nel Capitolato speciale in quanto risoluzioni inferiori a quelle previste non permetterebbero di raggiungere gli standard qualitativi prefissati dalla Stazione Appaltante.

CHIARIMENTO N.3

QUESITO N.3

Buongiorno, si chiede cortese conferma che possono essere offerti brand diversi da quelli indicati nel Capitolato tecnico.

RISPOSTA QUESITO N. 3

Il brand riportato nel Capitolato speciale ha lo scopo di identificare un modello di prodotto avente le caratteristiche tecniche minime indicate. Un eventuale brand alternativo non può avere caratteristiche tecniche inferiori a quelle riportate nel Capitolato.

CHIARIMENTO N.4

QUESITO N.4

Spett.le Ente, In merito alla soluzione "workstation tipologia C", si fa presente che il monitor 8MP LG 27HJ713C-B.AEU è un monitor di tipo clinical review come da indicazioni del produttore e non un monitor di tipo diagnostico. Si chiede conferma che per la "workstation tipologia C" sia richiesto un monitor da 8MP di tipo clinical review.

RISPOSTA QUESITO N. 4

Si conferma che la tipologia di monitor indicata nel Capitolato speciale per le workstation di tipologia "C" è di tipo clinical review.

CHIARIMENTO N.5

QUESITO N.5

In riferimento alla procedura per l'acquisizione di Workstation e display destinati alla refertazione, siamo a chiedervi la possibilità di proporre soluzioni conformi alla destinazione d'uso e alle normative internazionali vigenti, seppur con risoluzioni differenti dagli 8MP indicati. Nello specifico, chiediamo se sia consentito proporre dispositivi con risoluzioni di 6MP o configurazioni dual head da 3MP in considerazione del fatto che tali soluzioni sono ampiamente diffuse e riconosciute a livello internazionale.

RISPOSTA QUESITO N. 5

Vedasi risposta al quesito n. 2.

CHIARIMENTO N.6

QUESITO N.6

Spett.le Ente, si chiede se è possibile preventivare la fornitura di modelli alternativi per i seguenti due prodotti richiesti: Monitor editoriale: LG 24MP400P-B.BEU (Monitor Full HD 24 pollici, risoluzione 1920x1080, Pannello IPS, AMD FreeSync? 75Hz, Design Slim (3 lati), OnScreen Control, Regolazione Schermo: Tilt) e Kit audio SPEECHMIKE III PRO PLUS.

RISPOSTA QUESITO N. 6

Vedasi risposta al quesito n. 3.

CHIARIMENTO N.7

QUESITO N.7

Con riferimento alla procedura oggetto Che richiede nr 64 stazioni di refertazione indicando una specifica marca ed un modello di riferimento in termini di risoluzione 8MP Allo scopo di garantire la massima apertura del procedimento, si richiede la possibilità di proporre soluzioni alternative, n conformità con la destinazione d'uso e le normative in vigore, ampiamente diffuse/note sul mercato Italiano ed internazionale con risoluzioni alternative (es coppia da 3MP o singolo monitor da 6MP).

RISPOSTA QUESITO N. 7

Vedasi risposta al quesito n. 2.

il Direttore
U.O.C. Approvvigionamento gestione
dei servizi in outsourcing e logistica
Dr.ssa Patrizia Favero