

OGGETTO: procedura aperta telematica per la fornitura in service di un “Un sistema per l’allestimento di preparati citologici vaginali ed extravaginali con metodica a strato sottile e un sistema per l’esecuzione del citoincluso per l’azienda Ulss 2 Marca trevigiana”, per il periodo di 48 mesi. Id Sintel 192435370

Chiarimento n. 1

Quesito 1

In relazione al Fabbisogno espresso a pag.3 del Capitolato Speciale relativo al LOTTO 1 – SISTEMA PER L’ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI VAGINALI ED EXTRAVAGINALI CON METODICA A STRATO SOTTILE COMPRESA DI SISTEMA DI COLORAZIONE e più specificatamente, “n. 14.000 test preparati extra-vaginale (di cui n. 9.000 per citologia urinaria)” Si chiede conferma che la necessità annuale sia di n. 9.000 contenitori preriempiti per citologia urinaria e che la restante quota di 5.000 test sia da raccogliere e processare in 5.000 contenitori per citologia extra-vaginale. Altresì si richiede di specificare dei 29.500 contenitori richiesti al seguente punto del Capitolato Speciale pag.5: “contenitori preriempiti con liquido conservante per la raccolta dei campioni di citologia extravaginale con etichetta a norma di legge che consentano la conservazione del materiale a temperatura ambiente per almeno 5 giorni; n. 29500 contenitori /anno;” quanti siano destinati alle urine e quanti ai liquidi.

Risposta al quesito 1

In relazione al fabbisogno annuale afferente al lotto 1 “Sistema per l’allestimento di preparati citologici vaginali ed extravaginali con metodica a strato sottile compresa di sistema di colorazione” e in particolare ai test “preparati extra-vaginale, si conferma quanto previsto a pag. 3, punto 1 “Oggetto, quantità e caratteristiche tecniche della fornitura” del Capitolato Speciale, ossia n. 14.000 test/anno (di cui n. 9.000 test per citologia urinaria e 5.000 test per citologia extravaginale non urinaria)”.

In relazione alla caratteristica tecnica minima del materiale di consumo prevista a pag. 5 del Capitolato Speciale, nel confermare il fabbisogno di n. 29.500 contenitori/anno, si precisa che n. 27.000 contenitori sono destinati alla raccolta per la citologia urinaria e n. 2.500 per la citologia extra vaginale non urinaria.

Quesito 2)

In relazione alla COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL MATERIALE DI CONSUMO a pag.5 del Capitolato Speciale relativo al LOTTO 1 – SISTEMA PER L’ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI VAGINALI ED EXTRAVAGINALI CON METODICA A STRATO SOTTILE COMPRESA DI SISTEMA DI COLORAZIONE si chiede di confermare che la richiesta di “liquidi fissativi per la processazione dei campioni di citologia extravaginale con etichetta a norma di legge che consentano la conservazione del materiale a temperatura ambiente fino a 3 settimane sulla base del volume di quantità sopra indicato;” sia un refuso in quanto vengono richiesti nelle CARATTERISTICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE relative ai campioni extra-vaginali, espresse al punto del Capitolato Speciale

pag. 6 “dispositivi (contenitori pre-riempiti) per la fissazione dei campioni extra-vaginali dei preparati citologici in strato sottile”. Ciò poiché le due richieste risultano essere in contraddizione tra di loro.

Risposta al quesito 2

Fermo restando che quanto descritto a pagina 5 del Capitolato Speciale, con riferimento al paragrafo “COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL MATERIALE DI CONSUMO” rappresenta una mera descrizione del materiale occorrente per l’attività citologica cervico-vaginale ed extra-vaginale, si conferma quanto prescritto a pena di esclusione al relativo paragrafo “CARATTERISTICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE” ove si richiedono - per la fissazione dei campioni extra-vaginali dei preparati citologici in strato sottile - i contenitori pre-riempiti.

*Il responsabile unico del progetto
Dott. Giuseppe Magliocca*

