

**U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
delle forniture di beni****AVVISO INDAGINE DI MERCATO**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATICO E RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI ANCILLARI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOISTOCHEMICA DA DESTINARE ALLA U.O.C. di ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL P.O. DI TREVISO DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA.**

Questa Azienda Sanitaria, intendendo procedere all’affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 36/2023, avvia un’indagine di mercato per verificare se, diversamente dalle informazioni attualmente in possesso, vi siano più imprese disponibili a fornire un sistema automatico e relativi reagenti e consumabili ancillari per l’esecuzione di test di immunoistochimica di seguito descritto, oppure articoli aventi caratteristiche funzionali e/o prestazionali equivalenti.

Le caratteristiche minime necessarie del sistema sono le seguenti:

- Gestione di reagenti e vetrini tramite codici a barre.
- Sistema in grado di processare almeno 30 vetrini per corsa.
- Possibilità di utilizzare tutta l’area utile del vetrino per poter analizzare due sezioni diverse su uno stesso vetrino.
- Sistema controllato da PC esterno comprendente monitor, tastiera, mouse, stampante di etichette barcode, lettore barcode e stampante per report cartacei.
- Possibilità di effettuare tramite il software analisi complete di processo quali, a titolo esemplificativo: statistiche complete sui consumi e sui protocolli usati
- UPS in dotazione.
- Sistema con caricamento dei vetrini in continuo con suddivisione in batch
- Possibilità di effettuare corse ritardate e corse notturne.
- Segnalazioni sonore e visive di fine corsa e di eventuale malfunzionamento
- Scarichi dei reflui tossici e non tossici in taniche separate con ridotta produzione dei rifiuti
- Qualità del confezionamento, chiara riconoscibilità dall’etichetta
- Durata lunga del materiale residua al momento della consegna, preferibilmente superiore ad un anno (periodo minimo)
- Compattezza, funzionalità del sistema e facilità d’uso;
- Sicurezza per gli operatori;

- Qualità diagnostica dei preparati (intensità del segnale, assenza di background);
- Dimensioni contenute dello strumento, ingombro in larghezza non superiore a 1 mt, compatibile con gli spazi ridotti presenti in Laboratorio;
- Sistema in grado di gestire vetrini urgenti senza codice a barre, garantendone comunque la completa tracciabilità;
- Sistema in grado di eseguire colorazioni di immunoistochimica in modo gentile e delicato con una metodologia denominata "convertile"
- Sistema in grado di processare in completa automazione il preparato partendo dalla sparaffinatura alla controcolorazione del vetrino senza l'intervento dell'operatore.

La fornitura si intende comprensiva di reagenti e materiali di consumo per effettuare circa 4.000 vetrini di immunoistochimica anno.

I prodotti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento, in funzione della destinazione d'uso prevista.

Qualora una Ditta ritenga di produrre e/o commercializzare prodotti identici o funzionalmente equivalenti e se interessata alla fornitura *de quo*, dovrà far pervenire, **entro il giorno 08/01/2025**, a mezzo pec (protocollo.aulss2@pecveneto.it), una nota accompagnata da adeguata documentazione tecnica a supporto, facendo nella richiesta esplicito riferimento al presente avviso.

La suddetta indagine di mercato, ha unicamente fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori, da considerare anche ai fini di un'eventuale necessità di fornitura. La stessa, non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Azienda Sanitaria nei confronti degli operatori economici, i quali non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Ove non pervengano, nel termine suddetto, indicazioni di sistemi diagnostici aventi caratteristiche funzionali e/o prestazionali equivalenti a quello oggetto della presente indagine di mercato, si provvederà all'acquisto dalla Ditta: Leica S.r.l. , mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 36/2023.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si indicato i seguenti contatti: 0422/323036/95/23 U.O.C. Raffaella Zurlo/Dr. Federico Bressan.

Il Direttore  
U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
forniture di beni  
*Dr. Giuseppe Magliocca*

Responsabile del Procedimento: Dr. Giuseppe Magliocca  
Responsabile istruttoria: Dott.ssa Raffaella Zurlo tel. 0422/323036