

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO. SERVIZIO DI ACQUISIZIONE, GESTIONE ED ASSISTENZA DI FILTRI ANTIBATTERICI PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE VEICOLATE DALL'ACQUA, PER IL PERIODO DI 36 MESI (ID SINTEL 192667912).**

Con riferimento alla procedura in oggetto, sentita nel merito la Direzione Medica Ospedaliera, è stato posto il seguente quesito a cui si fornisce risposta.

**RICHIESTA N. 3**

**Quesito n. 1**

Con riferimento al fabbisogno di filtri occorrenti si chiede gentilmente di voler precisare il dato del numero di punti acqua da servire suddiviso per tipologia di filtro (rubinetto, bidet, doccia, in linea) al fine di poter correttamente esprimere l'offerta di dettaglio richiesta.

**Risposta al quesito n. 1**

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle tipologie di erogatori su cui vanno installati i filtri. Si precisa che i numeri sono indicativi e potranno essere soggetti a variazioni.

Presidio Ospedaliero	Reparto	n. filtri	n. rubinetti	n. bidet	n. doccia	n. doccia a vasca parto	n. in linea (interni a vasca parto)	Totale
Ospedale di Treviso	Terapia Intensiva Neonatale	23	23					23
	Terapia Intensiva Cardiochirurgica	7	7					7
	Blocco operatorio cardiocirurgia (dispositivi riscaldamento/raffreddamento)	3	3					3
	Blocco operatorio cardiocirurgia (altri dispositivi)	3	3					3
	Oncologia	28	10	8	10			28
	Centro Trapianti di rene	12	4	3	4	1		12
	Centro Trapianti di cellule staminali ematopoietiche	28	8	8	8	4		28
	Ematologia	21	7	7	7			21
	Blocco parto	2						2
Ospedale di Oderzo	Patologia neonatale/nido	10	10					10
	Blocco parto	2	1				1	2
	<b>Totale filtri</b>	<b>139</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>139</b>

**RICHIESTA N. 4**

**Quesito n. 1**

Con riferimento alla campionatura richiesta, si comunica di aver predisposto l'invio del plico al seguente indirizzo con consegna prevista per la giornata di domani 11.12.2024: P.O. TREVISO UOC DIREZIONE MEDICA Ed. 1 piano 1° (o livello B) Piazzale Ospedale, 1 31100 TREVISO. L'indirizzo sopra riportato è stato desunto dal vs sito internet istituzione in quanto nell'avviso di indagine di mercato risulta riportato unicamente il riferimento della Direzione Medica. Qualora l'indirizzo non risultasse corretto si chiede gentilmente di comunicarlo tempestivamente.

**Risposta al quesito n. 1**

Si conferma l'indirizzo indicato.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
**Dott.ssa Patrizia Favero**