

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI FACOVITRECTOMI E FACOEMULSIFICATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 48 MESI.
CIG: BA3AB8449F (LOT-0001); BA3AB85572 (LOT-0002); BA3AB86645 (LOT-0003).**

ID SINTEL: 213862238

Con riferimento alla procedura in oggetto, sono stati posti i seguenti quesiti ai quali si fornisce risposta:

RICHIESTA N. 1

Quesito n. 1

Spett.le Ente, in merito alla richiesta della sezione "Contenuto della busta 2-Offertatecnica" punto "B3 Presentazione multimediale" chiediamo cortesemente se è possibile proporre una presentazione video delle apparecchiature offerte estremamente intuitiva nelle immagini in lingua inglese o, qualora non fosse possibile, con i sottotitoli in lingua italiana. Chiediamo inoltre, nel caso in cui la "dimensione" del file multimediale non permettesse il caricamento dello stesso in piattaforma, di poterlo inviare in chiavetta USB presso la vostra sede.

Risposta quesito n. 1

Si, è possibile proporre una presentazione video delle apparecchiature offerte come da Voi proposto. Con riferimento al secondo quesito posto, si conferma che tutta la documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare di gara, dovrà essere caricata in piattaforma, rispettando le dimensioni dei file consentite dal sistema.

RICHIESTA N. 2

Quesito n. 2

Si chiede gentilmente Vs. disponibilità a prorogare di almeno 10 giorni la data di scadenza della procedura.

Risposta quesito n. 2

Non è possibile accogliere tale istanza al fine di garantire celerità al procedimento.
Si conferma pertanto il termine di ricevimento delle offerte indicato nel bando di gara.

RICHIESTA N. 3

Quesito n. 3

Si segnala che il contesto economico generale degli ultimi anni è stato contraddistinto da aumenti generalizzati che hanno riguardato sia i costi di produzione che le materie prime; la scrivente

ritiene opportuno segnalare che le BA non tengono conto di tali aumenti e chiede, pertanto, la possibilità di rivedere le BA al fine di poter offrire e dare accesso ai Vostri operatori alle migliori e più evolute tecnologie presenti sul mercato.

Risposta quesito n. 3

Si conferma la base d'asta indicata nella documentazione di gara.

Quesito n. 4

Relativamente al Lotto 2, si segnala che, in riferimento alla richiesta di punte faco monouso angolate al paragrafo "materiale di consumo monouso", le stesse sono incluse nei pack di vitrectomia combinata; Si chiede quindi conferma che, laddove le punte faco fossero già presenti all'interno dei pack monouso di chirurgia combinata, non sia necessario quotarle come codici a parte.

Risposta quesito n. 4

Si conferma la necessità di quotare a parte anche le punte faco monouso angolate.

Quesito n. 5

Relativamente al Lotto 2, in riferimento al "Materiale di consumo monouso: Pack monouso 23 – 25 – 27G completi di cassetta per interventi di chirurgia combinata", avendo quotazioni differenti, si chiede di voler indicare i quantitativi presunti suddivisi per le 3 tipologie 23 – 25 – 27G

Risposta quesito n. 5

Pack monouso 23G completi di cassetta per interventi di chirurgia combinata: 480 pezzi per 48 mesi;

Pack monouso 25G completi di cassetta per interventi di chirurgia combinata: 1.440 pezzi per 48 mesi;

Pack monouso 27G completi di cassetta per interventi di chirurgia combinata: 480 pezzi per 48 mesi.

Quesito n. 6

Relativamente al Lotto 2, in riferimento al "Materiale di consumo monouso: Fibre per endolaser 23 – 25 -27G curve/ rette, illuminate/ non illuminate", avendo quotazioni differenti, si chiede di voler indicare i quantitativi presunti divisi per le 3 tipologie 23 – 25 – 27G.

Risposta quesito n. 6

Fibre per endolaser 23G curve/ rette, illuminate/ non illuminate: 152 pezzi per 48 mesi;

Fibre per endolaser 25G curve/ rette, illuminate/ non illuminate: 456 pezzi per 48 mesi;

Fibre per endolaser 27G curve/ rette, illuminate/ non illuminate: 152 pezzi per 48 mesi.

Quesito n. 7

Relativamente al Lotto 2, in riferimento al “Materiale di consumo monouso: Pinze retiniche 23-25-27G.” si chiede di specificare se siano richieste solo pinze ILM o anche altre tipologie.

Risposta quesito n. 7

Anche altre tipologie.

Quesito n. 8

In merito al punto 3.3 “Modifica del contratto in fase di esecuzione” del disciplinare di gara, nello specifico alle “Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma, lettera a) del codice confermate che la specifica “Il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’opzione agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’aggiudicazione” si riferisce solo alla prima ipotesi ovvero “modifica del fabbisogno del materiale di consumo o delle apparecchiature rispetto alle procedure chirurgiche che si riscontiranno nell’arco di durata del contratto e anche con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa” e NON alla seconda ipotesi ovvero “possibile aggiornamento tecnologico delle apparecchiature proposte, con l'ultimo modello posto in commercio”

Risposta quesito n. 8

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

RICHIESTA N. 4

Quesito n. 9

In riferimento al chiarimento n. 1 inviatovi dalla scrivente in data 17/02, con il quale si auspica una revisione della BA, qualora la richiesta non fosse accettata chiediamo la possibilità di offrire apparecchiature riprocessate.

Risposta quesito n. 9

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara. Le apparecchiature offerte dovranno essere nuove e di ultima generazione.

Quesito n. 10

Chiediamo cortesemente una proroga dei termini di presentazione delle offerte per permetterci di elaborare una offerta congrua e concorrenziale.

Risposta quesito n. 10

Vedi risposta quesito n. 2.

RICHIESTA N. 5

Quesito n. 11

In riferimento al punto CARATTERISTICHE TECNICHE, LOTTO 1 - SISTEMI PER INTERVENTI DI CHIRURGIA VITREORETINICA AD ALTA COMPLESSITÀ ASSOCIATA O MENO A CHIRURGIA DELLA CATARATTA CON FACOVITRECTOMO Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione: Vostra richiesta: Modulo faco con controllo della fluidica e rilascio degli ultrasuoni in modalità non monoplanare. In relazione alla modalità monoplanare si richiede di ammettere sistemi/modalità equivalenti.

Risposta quesito n. 11

Verranno ammessi anche sistemi con modalità equivalenti, nel rispetto del principio di equivalenza, ai sensi dell'art. 79 e dell'allegato II.5 del d.lgs. 36/2023.

RICHIESTA N. 6

Quesito n. 12

Si richiede il seguente chiarimento: - Si chiede conferma che nella busta amministrativa il DGUE deve essere inserito sia in formato xls, sia in formato pdf e che la sola versione in pdf deve essere firmata digitalmente.

Risposta quesito n. 12

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara. Il DGUE response in formato xml, debitamente sottoscritto, dovrà essere inserito all'interno della Busta 1 "Documentazione amministrativa".

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Giuseppe Magliocca