

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

CIG: BA3AB8BA64

ID SINTEL: 213862265

Con riferimento alla procedura in oggetto, sono stati posti i seguenti quesiti ai quali si fornisce risposta:

RICHIESTA N. 1

Quesito n. 1

Al fine di calcolare l'importo della garanzia provvisoria, con la presente si richiede quanto segue:

- 1) La certificazione ISO 13485, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, è riconosciuta al fine della riduzione del 30% (certificazioni ISO di cui all'art 106 c. 8 primo capoverso del D. Lgs 36/23)?
- 2) Si chiede di confermare la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso del modello 231 e/o possesso della certificazione ISO 14001 (Art. 106 c. 8 quarto capoverso del D.Lgs 36/2023 - Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia).

Risposta quesito n. 1

Sono riconosciute le certificazioni ISO e tutte le ipotesi di riduzione previste nell'art. 106, c. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e nell'allegato II.13 "Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia" del D.Lgs. 36/2023. Si rinvia pertanto alla normativa di riferimento vigente.

RICHIESTA N. 2

Quesito n. 2

Si richiede se il set di teleria per campo sterile e copritelecamera sia indispensabile, essendo il materiale richiesto normalmente in uso presso i blocchi operatori, e non essendo il materiale richiesto di tipo speciale non altrimenti reperibile.

Si richiede se le componenti del kit monouso possano essere fornite singolarmente, essendo tutti i prodotti richiesti di famiglie diverse e non normalmente offerte in kit unici, non andando comunque a modificarne la composizione totale.

Vengono richiesti n. 1 monitor dedicato e n.1 fonte luminosa o in alternativa/possibilità di collegamento di monitor e fonte luminosa a colonne endoscopiche già presenti presso le sale operatorie della ULSS:

a tale richiesta si richiede di chiarire quanto segue:

- che la telecamera, comprensiva di controller e testina, non sia richiesta dal capitolato;
- quali siano le colonne già presenti presso le sale operatorie della ULSS per verificarne la compatibilità con le apparecchiature e con le ottiche richieste per lo strumentario dedicato.
- si richiede se sia valutato positivamente l'offerta di tecnologia video 4K.

Infine, viene richiesto n.1 apparecchiatura per coagulazione/radiofrequenza spinale (frequenze regolabili fino ad un massimo di 100 Watt); a tale richiesta si richiede di chiarire quanto segue: quale sia la frequenza in Hz preferibile.

Risposta quesito n. 2

Si conferma quanto chiesto nel Capitolato di gara.

È possibile fornire i prodotti singolarmente, rispettando quanto richiesto per tipologia e quantità.

Per quanto riguarda il materiale da fornire, si conferma quanto chiesto nel Capitolato di gara. Nei Presidi destinatari della fornitura sono presenti colonne per videolaparoscopia STORZ, sistema RUBINA con processore IMAGE 1S e fonte luminosa POWER LED TL400.

Nel confermare quanto richiesto dal Capitolato, è possibile fornire una indicazione di massima che individua come preferibile una frequenza in uscita del generatore con un range tra 100 KHz e 4.0 MHz.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Giuseppe Magliocca

