

**CONSULTAZIONE DI MERCATO, AI SENSI ART. 77 DEL D.LGS. 36/2023, E COMUNICAZIONE DI AVVIO  
PROCEDURA AI FINI DELLA TRASPARENZA PER LA VERIFICA DI ESCLUSIVITÀ ED INFUNGIBILITÀ  
NELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI  
ALTISSIMA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE GE INSTALLATE PRESSO I PRESIDIO OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E  
VITTORIO VENETO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2,. LETT. B),  
PUNTO 2), DEL D.LGS. N. 30/2023.  
CIG BC3067E6B2 IND\_2026\_SER**

**PREMESSA**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana intende procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023, alla verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi di esclusività e infungibilità nell'aggiudicazione del servizio di manutenzione di apparecchiature elettromedicali di Altissima Tecnologia di produzione GE installate presso i Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

**1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- **Denominazione:** Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana
- **Sede Legale:** Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 – 31100 TREVISO
- **RUP:** Ing. Gaia Valentinis
- **Contatti / PEI:** ingegneriaclinica@aulss2.veneto.it

**2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'Azienda Sanitaria intende verificare l'esistenza di operatori economici sul mercato in grado di svolgere il servizio di **manutenzione correttiva, preventiva, verifiche di sicurezza elettrica e controlli di qualità** sulle seguenti apparecchiature medicali in dotazione presso i propri presidi ubicati nel Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana.

- **Apparecchiatura:** vedi tabella in calce
- **Produttore (OEM):** [vedi tabella]
- **Modello / Matricola:** [vedi tabella]
- **Durata stimata del servizio:** 12 mesi
- **Valore stimato complessivo:** € 198.000,00 (al netto di IVA).

1. RM mod. Optima 1.5 T MR450W W GEM PLUS - collaudo 2016 Radiologia P.O. Vittorio Veneto completa di gabbia di Faraday, UPS dedicato a workstation, 1 console di refertazione, varie bobine (addome, capocollo, spinale, ginocchio, spalla, piede caviglia, polso, mammella, 3 flex), software gestionali e specialistici
2. SPECT mod. NMCT 870DR - collaudo 2023 Medicina Nucleare P.O. Conegliano, completo di n. 1 workstation Xeleris, console operatore completa di monitor, letto paziente, sistema automatizzato cambio collimatori, sistema di videosorveglianza, software gestionale e specialistici
3. SPECT mod. NMCT 870DR - collaudo 2023 Medicina Nucleare P.O. Conegliano, completo di 1 server Xeleris condiviso con l'altra SPECT, console operatore completa di monitor, letto paziente, sistema automatizzato cambio collimatori, sistema di videosorveglianza, software gestionale e specialistici
4. TC mod. REVOLUTION ASCEND 128 SL- collaudo 2024 Radiologia P.O. Conegliano completo di console operatore completa di monitor, tavolo VT2000, monitor ECG, dotata di server EHL (Truefidelity), sistema server AW Server 3.2, software gestionali e specialistici, sistema di navigazione guidato TC IMACTIS CT Navigation4 System
5. PORTATILE PER RADIOSCOPIA mod. ELITE 31 SC TOUCH VAS15 – collaudo 2023 Blocco Operatorio P.O. Conegliano

## PRINCIPALI PRESTAZIONI RICHIESTE NEL CONTRATTO

- Manutenzione preventiva, controlli funzionali e di sicurezza elettrica, manutenzione correttiva, modifiche hardware e software consigliate dal fabbricante, gli updates di sicurezza, quelli raccomandati per l'affidabilità dei sistemi, gli eventuali adeguamenti a normative di carattere amministrativo e di rilevanza nazionale e/o regionale sui software installati adeguamenti dettati da nuova normativa intervenuta per la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e/o altre cause, azioni preventive, correttive, migliorative relative agli avvisi di sicurezza, informazioni di sicurezza notifiche sulla sicurezza tempi di primo intervento da effettuarsi presso l'U.O. dell'ULSS 2 Marca Trevigiana: massimo 8 ore lavorative – tempi di risoluzione guasto garantiti: massimo 48 ore solari dall'inizio dell'intervento. Deve essere garantito un collegamento per l'assistenza in remoto;
- Fornitura di tutte le parti difettose, consumabili o soggette ad usura e di tutti i ricambi. Tutte le parti sostituite nel corso degli interventi dovranno essere originali, a meno di casi particolari dove dovrà essere data evidenza della compatibilità dei ricambi utilizzati con il dispositivo medico oggetto di manutenzione in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente e dal manuale d'uso redatto dal fabbricante.

Preliminarmente all'avvio della suddetta procedura viene pubblicata sul profilo del committente, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC e sulla piattaforma telematica Sintel, la presente verifica di esclusività ed infungibilità.

### 3. MOTIVAZIONE DELL'INDAGINE E PRESUNTA INFUNGIBILITÀ

Dalle verifiche preliminari effettuate dall'Azienda emerge che il fabbricante potrebbe essere l'unico soggetto in grado di garantire integralmente le prestazioni richieste, in ragione della disponibilità di software proprietari, strumenti diagnostici dedicati, aggiornamenti di sicurezza, documentazione tecnica riservata e specifiche modalità di approvvigionamento dei ricambi. La presente consultazione è pertanto finalizzata a verificare l'eventuale esistenza sul mercato di operatori economici in grado di assicurare prestazioni equivalenti sotto il profilo tecnico, funzionale e della sicurezza."

Il presente avviso viene pertanto pubblicato per **verificare l'effettiva assenza di soluzioni alternative equivalenti** sul mercato.

### 4. REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI (A PENA DESTRUTTURAZIONE DELL'INFUNGIBILITÀ)

L'operatore economico che intenda manifestare interesse dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione tecnica, di possedere le capacità organizzative, professionali e tecniche necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso, con particolare riferimento alle apparecchiature indicate.

In particolare dovrà essere dimostrata:

1. Capacità di accesso ai sistemi e agli strumenti diagnostici  
Disponibilità legittima degli strumenti, delle licenze, delle credenziali, delle procedure e delle risorse tecniche necessarie per effettuare attività di manutenzione preventiva, correttiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, aggiornamenti e attività diagnostiche sulle apparecchiature oggetto del servizio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni del fabbricante.
2. Gestione della ricambistica  
Disponibilità di canali di approvvigionamento idonei a garantire la fornitura dei componenti necessari all'esecuzione del servizio, assicurando la piena compatibilità, tracciabilità e conformità dei ricambi utilizzati rispetto alle caratteristiche tecniche e ai requisiti di sicurezza previsti dal fabbricante e dalla normativa applicabile.
3. Qualificazione del personale tecnico  
Disponibilità di personale tecnico specializzato con comprovata esperienza nella manutenzione di apparecchiature elettromedicali di analoga complessità tecnologica, adeguatamente formato e qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.
4. Copertura assicurativa  
Possesso di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alle attività di manutenzione delle apparecchiature biomedicali oggetto del servizio.

5. Capacità di garantire i livelli di servizio richiesti

Dimostrazione della capacità di rispettare i tempi di intervento e di ripristino richiesti dall'Azienda Sanitaria, nonché di assicurare l'esecuzione degli aggiornamenti, delle azioni correttive e delle attività manutentive previste dal presente avviso.

L'Amministrazione valuterà ogni documentazione prodotta dagli operatori economici al fine di verificare l'effettiva sussistenza di soluzioni tecnicamente idonee ed equivalenti a quelle rese disponibili dal produttore delle apparecchiature.

## 5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra elencati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, unitamente a una **relazione tecnica dettagliata** che dimostri l'equivalenza e la fattibilità del servizio proposto.

- **Canale di trasmissione:** Piattaforma di e-procurement Piattaforma, Sintel-Aria;
- **Termine perentorio:** entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **10 luglio 2026**.

## 6. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e conoscitivo. Non costituisce proposta contrattuale, non avvia una procedura di gara e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di interrompere il procedimento in qualsiasi momento. Non verrà stilata alcuna graduatoria né attribuiti punteggi. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679.

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato esclusivamente alla verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi di esclusività e infungibilità e a ricevere manifestazione di interesse da parte degli operatori economici idonei alla fornitura dei servizi richiesti.

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire il servizio alle condizioni tecniche sopra descritte, dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **protocollo.aulss2@pecveneto.it** entro il termine del **10 luglio 2026 ore 12:00** la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura unitamente alla seguente documentazione:

- allegato A modello della manifestazione d'interesse:

- dichiarazione, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti di possedere le capacità tecniche per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso. La dichiarazione dovrà elencare anche le esperienze maturate indicando gli Enti pubblici presso cui le prestazioni si sono svolte, i periodi e gli importi;

- la documentazione relativa alle capacità tecniche e professionali, nonché dei canali di reperimento dei ricambi e dei consumabili; la proposta di base d'asta (annuale ed Iva esclusa) per il contratto di manutenzione oggetto del presente avviso.

La presente comunicazione non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante avendo fini di pubblicità.

L'istanza rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ed il mancato possesso dei requisiti tecnici richiesti determina la non ammissione.

Qualsiasi chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **protocollo.aulss2@pecveneto.it**

Sulla base dell'esito del presente avviso questa Azienda Sanitaria definirà la procedura da attivare per l'aggiudicazione del servizio e nello specifico:

- qualora venga confermata la circostanza secondo cui la Ditta fornitrice delle apparecchiature costituisca l'unico operatore in grado di garantire il servizio di manutenzione, questa Amministrazione manifesta sin d'ora l'intenzione di procedere alla conclusione di un contratto,

- attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, previa negoziazione delle condizioni contrattuali;
- qualora sulla base dell'esito della consultazione di mercato, venisse appurata l'esistenza di più operatori economici in grado di fornire il servizio di manutenzione oggetto del presente provvedimento potrà avviare un dialogo tecnico o avviare una procedura di gara.

**I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successive procedura di affidamento dei servizi.**

**Riferimenti:**

[ingegneriaclinica@aulss2.veneto.it](mailto:ingegneriaclinica@aulss2.veneto.it)

Distretto di Pieve di Soligo: tel. 04386635

IL RUP  
Ing. Gaia Valentinis