

Alla cortese attenzione dell'U.O.C. Provveditorato,
con riferimento all'avviso in oggetto inviamo le seguenti osservazioni al capitolato da voi allegato:

- In riferimento alla specifica indicata "i seguenti accessori" si consiglia di indicare la dicitura sistema di scarico e carico automatizzato
- In riferimento al requisito preferenziale sulla compatibilità e l'integrabilità degli accessori offerti con le autoclavi esistenti si richiede di specificare cosa si intende per "accessori" e di chiarire i valori dei parametri di riferimento (dimensioni, tolleranze, unità di misura, processi, temperature/pressioni di lavoro, prodotti chimici a contatto, ciclo di lavoro). In ogni caso riteniamo che tale richiesta di compatibilità avvantaggia l'attuale fornitore e preclude un dialogo tecnico competitivo.

FORNITURE STRUTTURE SANITARIE


SERVIZITALIA SPA	AWD655-15ADSC
COLUMBUS CLINIC CENTER SRL	AWD655-15AD-SC
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	AWD655-15AD

Cordiali Saluti / Best Regards

Laura Spano
Ufficio Commerciale

Office +39 045 6159424
l.spano@at-os.com

-


 signature_531041024

www.at-os.com

 I
n

-

Your Health, our Technology

 Immagine che contiene interni, cucina, stanza, frigorifero

Descrizione generata automaticamente