

Riese Pio X (TV), 06/10/2020
Rif. ns prot. 208/20

Spett.le
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA
Via Sant'Ambrogio di Fiera 37,
31100 – TREVISO (TV)

OSSERVAZIONI TECNICHE

OGGETTO: Avviso consultazione preliminare di mercato per la fornitura di n. 1 lavastrumenti a termodisinfezione con accessori, da destinare alla Centrale Unica di Sterilizzazione del P.O. di Vittorio Veneto

Con riferimento alla procedura in oggetto, si inviano le seguenti osservazioni – suggerimenti:

1. Si richiede cortesemente la possibilità di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato di fatto: impiantistica presente, ingombri e spazi disponibili.
2. Si chiede di indicare se i lavori relativi allo smontaggio della lavaferri esistente e al montaggio della nuova, dovranno essere eseguiti con la centrale operativa o meno.

Relativamente alle caratteristiche tecniche si suggerisce quanto segue:

3. è indicato *“Dotata di almeno 3 dosatori e pompe pescanti”*.
Le lavastrumenti esistenti sono dotate di n. 4 dosatori per chimici, si consiglia per uniformità di richiedere anche per la nuova 4 dosatori.
4. è indicato *“n. 2 carrelli di trasporto, preferibilmente ad altezza regolabile”*.
Le lavastrumenti esistenti non hanno i carrelli di trasporto ad altezza variabile, si consiglia pertanto per uniformità di acquistare i nuovi carrelli ad altezza fissa.
5. di richiedere la nuova lavastrumenti in versione “Fast” con tempo ciclo ca. 35', per uniformità ed omogeneità con le lavastrumenti presenti dotate di tale caratteristica e pertanto con i medesimi tempi ciclo.
6. di richiedere l'alimentazione della nuova apparecchiatura mista, elettrica/vapore indiretto, ossia uguale alla tipologia di alimentazione delle attuali macchine presenti.

7. Si evidenzia inoltre che per l'apparecchiatura richiesta:
- dotata di una serie di accessori previsti,
 - con particolari caratteristiche tecniche chieste,
 - con aggravio dei costi dovuto a lavori da eseguire che vanno dalla rimozione della vecchia apparecchiatura all'installazione in batteria della nuova con realizzazione/adeguamento delle pannellature di chiusura dei due lati pulito/sterile
 - con eventuali altre necessità verificabili in sede di sopralluogo,
- l'importo indicato non sia congruo.

Si chiede gentilmente pertanto di rivedere l'importo a base d'asta o almeno di prevedere un importo aggiuntivo per tutte le attività e lavori da realizzare e/o da adeguare.

Cordiali Saluti.

STEELCO S.p.A.

Zardini Fabio