

Riese Pio X (TV), 06/10/2020
Rif. ns prot. 208/20

Spett.le
**Azienda ULSS n.2 Marca
trevigiana**
Via Sant'Ambrogio di Fiera 37,
31100 – TREVISO (TV)

OSSERVAZIONI TECNICHE

OGGETTO: Avviso consultazione preliminare di mercato per la fornitura di n. 1 sterilizzatrice a vapore da 12 unità con accessori, da destinare alla Centrale Unica di Sterilizzazione del P.O. di Vittorio Veneto

Con riferimento alla procedura in oggetto, si inviano le seguenti osservazioni – suggerimenti:

1. Si richiede cortesemente la possibilità di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato di fatto: impiantistica presente, ingombri e spazi disponibili.
2. Si chiede di indicare se i lavori relativi allo smontaggio dell'autoclave esistente e al montaggio della nuova, dovranno essere eseguiti con la centrale operativa o meno.
3. Si evidenzia che per l'apparecchiatura richiesta:
 - di grande capacità (12 US),
 - dotata di una serie di accessori previsti,
 - con particolari caratteristiche tecniche chieste,
 - con aggravio dei costi dovuto a lavori da eseguire che vanno dalla rimozione della vecchia apparecchiatura all'installazione in batteria della nuova con realizzazione/adeguamento delle pannellature di chiusura dei due lati pulito/sterile
 - con eventuali altre necessità verificabili in sede di sopralluogo, l'importo indicato non sia congruo.

Si chiede gentilmente pertanto di rivedere l'importo a base d'asta o almeno di prevedere un importo aggiuntivo per tutte le attività e lavori da realizzare e/o da adeguare.

Cordiali Saluti



STEELCO S.p.A.