

Relativamente ai trasduttori richiesti, non si rilevano particolari criticità, al netto di quanto segue:

- *Sonda intraoperatoria lineare con kit biopsia*: kit per biopsia non disponibile
- *Sonda laparoscopica con modulo 3D e kit biopsia*: kit biopsia non disponibile, caratteristica peculiare di altra azienda
- *Sonda intraoperatoria biplanare convex-convex*: caratteristica peculiare di altra azienda. Tale richiesta inoltre, appare ridondante rispetto alla precedente “Sonda intraoperatoria microconvex”; di fatto sono due sonde il cui campo di applicazione si sovrappone esattamente.