

----- Forwarded message -----

Da: **Per conto di: ufficiogarebraccoimagingitalia@pec.bracco.it** <posta-certificata@pec-email.com>

Date: gio 17 dic 2020 alle ore 11:45

Subject: POSTA CERTIFICATA: Avviso consultazione preliminare di mercato per la fornitura di "kit monouso per iniezione di mezzo di contrasto e relativi iniettori" per l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

To: <protocollo.aulss@pecveneto.it>

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Bcc:

Date: Thu, 17 Dec 2020 11:45:42 +0100 (CET)

Subject: Avviso consultazione preliminare di mercato per la fornitura di "kit monouso per iniezione di mezzo di contrasto e relativi iniettori" per l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

Buongiorno,


con riferimento all'indagine di mercato in oggetto, siamo ad evidenziare quanto segue:

Per quanto riguarda LOTTO 2 – Emodinamica, segnaliamo che, nelle caratteristiche di minima, viene richiesto quanto segue:

- *Deve essere possibile memorizzare più protocolli d'esame*
- *Presenza di un sistema di connessione paziente a doppia linea (mezzo di contrasto e fisiologica) per minimizzare sprechi di mezzo di contrasto;*

L'accoppiata di queste due caratteristiche identifica chiaramente **un solo operatore economico** e conseguentemente non ci consentirebbe la partecipazione alla Gara.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



 **daticert.xml**
2K