

N .	Operatore Economico	Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)	Articolo e Paragrafo di rfm	Pagg. di rfm	Oggetto dell'osservazione e (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	Osservazione	Eventuale Proposta di modifica
1	WERFEN - INSTRUMENTATION LABORATORY	AVVISO - PCM			Spazi dedicati al settore della Coagulazione	Nel documento e relative planimetrie allegate non sono identificate chiaramente gli spazi dedicati alle singole aree del laboratorio, non incluse nell'Automazione e corelab. (Vedi Coagulazione)	Conoscere l'area massima messa a disposizione per i singoli settori, giungerebbe ad una proposta di layout consona alle esigenze dell'Ente
	WERFEN - INSTRUMENTATION LABORATORY	AVVISO - PCM	Oggetto della presente procedura	pag 2	Preanalitica	Non si evince se la preanalitica debba essere in grado di preparare anche i campioni per le aree non connesse all'automazione compresa la centrifugazione dei campioni	La possibilità di preparare i campioni per i settori non collegati all'Automazione consentirebbe di limitare gli elementi tecnici di eventuali soluzioni

2	WERFEN - INSTRUMENTATION LABORATORY	Relazione Generale	Possibili integrazioni con strumentazione e accessori	pag 11 di 14	Tipologia di esami della coagulazione	Ampliamento pannello Test	Possibilità di implementare ed eseguire, almeno nel centro HUB, il pannello di esami di approfondiment o come ad esempio: ADAMTS13, Omocisteina.
3	WERFEN - INSTRUMENTATION LABORATORY	Elenco Test allegato 3A	Tipologia di esami		Tipologia di esami della coagulazione	MUTAZIONI MTHFR	E' ampiamente riportato in letteratura come non sia significativo eseguire la mutazione MTHFR nella valutazione del rischio tromboembolico e cardiovascolare ma piuttosto l'esecuzione del test Omocisteina che peraltro può essere eseguito sulla strumentazione ACL TOP serie 50.

4	WERFEN - INSTRUMENTATION LABORATORY	Allegato 1A	Configurazione HUB Treviso	punto 2	Tipologia di apparecchiature collegate all'Automazione	Essendo la Coagulazione pensata non collegata all'Automazione, e visti i carichi di lavoro del centro Hub di Treviso, andrebbe ponderata la possibilità di specificare che la soluzione proposta possa gestire in toto almeno 1000 tubi	Inserire come richiesta la possibilità di gestire in toto almeno 1000 tubi di coagulazione
---	----------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------