

<b>N .</b>	<b>Operatore Economico</b>	<b>Documento di rfm (tra quelli pubblicati in bozza)</b>	<b>Articolo e Paragrafo di rfm</b>	<b>Pagg. di rfm</b>	<b>Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)</b>	<b>Osservazione</b>	<b>Eventuale Proposta di modifica</b>
1	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	SISTEMA PER ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI CAMPIONI	11	Etichettatura automatica	Inserimento necessità di tracciabilità del prelievo	
2	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	SISTEMA PER ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI CAMPIONI	11	Etichettatura automatica	Inserimento necessità di tracciabilità del percorso delle provette	
3	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	SISTEMA PER ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI CAMPIONI	11	Etichettatura automatica	Gestione check out e check in tra punto prelievo, satelliti, spoke ed hub	
4	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	SISTEMA PER ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI CAMPIONI	11	Etichettatura automatica	Gestione del prelievo attraverso soluzioni customizzate in base all'utilizzatore (Punto prelievo, Pronto Soccorso o reparto)	

5	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	SISTEMA PER ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI CAMPIONI	11	Etichettatura automatica	Gestione del prelievo domiciliare attraverso sistemi di tracciatura	
6	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	SISTEMA PER ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI CAMPIONI	11	Etichettatura automatica	Inserimento della necessità di un software per il controllo centralizzato delle informazioni di tracciabilità dei prelievi	
7	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio		8	CHIMICA E IMMUNOMETRIA GENERALE	Definizione del TAT per le urgenze e potenziale adozione di un sistema di connessione e tracciabilità del trasporto intraospedalie ro delle provette per garantire il TAT nei tempi stabiliti per punti Spoke ed Hub. Evidenza di garanzia dei tempi da	

						prelievo ad arrivo in laboratorio. Definizione della gestione dei tempi nei casi di pazienti stroke.	
8	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	SISTEMA PER ETICHETTATURA AUTOMATICA DEI CAMPIONI	11	Etichettatura automatica	Definizione del controllo di qualità del prelievo in termini di volume del sangue nella provetta	
9	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	Allegato 3A - AUTOIMMUNITA'	6,7,9	immunofluorescenza e chemiluminescenza	Inserimento di un sistema completamente automatico, standardizzato che garantisca una completa tracciabilità.	
10	Menarini Diagnostics	Bando avviso CPM Service laboratorio	Allegato 3A - AUTOIMMUNITA'	6,7,10	immunofluorescenza	Si ritiene che avere strumenti di immunofluorescenza separati per i test specialistici (per es. NMDR, AQ4,	

						PLA2R ecc,) dai test con frequenza maggiore (come ANA, ANCA, AMA, ASMA, APCA ecc) permatta una migliore organizzazione della routine giornaliera del laboratorio e risposte di refertazione più rapide.	
--	--	--	--	--	--	---	--