

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI PER IL RISCALDAMENTO DEL PAZIENTE" PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI. ID SINTEL 129028793

Chiarimento n. 1

Quesito 1

Per copertina "pediatrica lunga" si intende una copertina con copertura completa del corpo?

Risposta al quesito 1

Per copertina pediatrica lunga si intende una copertina con copertura completa del corpo.

Chiarimento n. 2

Quesito 1

Cosa si intende con la dicitura "linea/deflussore" presente all'interno del capitolato.

Risposta al quesito 1

Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Con la dicitura "linea/deflussore" si intende la linea di infusione, ovvero il deflussore.

Quesito 2

Si chiede se siano richiesti a pena di esclusione nr. 3 set specifici (adulti, pediatrici o neonatali), oppure siano ammessi nr. 2 set, di cui uno ad alto flusso (per utilizzo su adulti) ed un altro a flusso standard compatibile per pazienti neonatali e pediatrici.

Risposta al quesito 2

Si conferma quanto richiesto nel Capitolato, ossia set di infusione per pazienti adulti **e pediatrici/neonatali**.

Quindi, i sets di infusione offerti (non necessariamente nr. 3 specifici) dovranno comunque consentire l'infusione **su pazienti adulti pediatrici e neonatali**.

Chiarimento n. 3

Quesito 1

Con riferimento alle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione: cosa si intende per "linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC".

Risposta al quesito 1

La caratteristica oggetto di valutazione "linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC" deve intendersi "disponibilità anche di linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC" (intendendosi per linea/deflussore la linea di infusione, ovvero il deflussore).

Qualora la Ditta abbia disponibilità anche di linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC otterrà un punteggio di n. 2 punti.

Chiarimento n. 4

Quesito 1

Punto 16 del Disciplinare di Gara -Offerte economiche- Apparecchiature:

L'ente appaltante richiede di indicare il "canone di noleggio triennale per ciascuna apparecchiatura" e il "canone triennale dovuto per l'assistenza".

E' prassi comune che questa tipologia di prodotti vengano forniti con la formula del comodato d'uso gratuito. Con tale tipologia di contratto la proprietà dell'apparecchiatura concessa in comodato resta del comodante e ad esso sono a completo carico (quindi a costo zero per l'ente ricevente):

- tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria
- la verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza e di funzionamento
- la fornitura di muletti sostitutivi in caso di riparazione non in loco

Si richiede quindi chiarimento riguardo la possibilità di applicare la modalità "Comodato d'uso Gratuito" anziché "Noleggio", molto più favorevole da un punto di vista di spesa e contrattuale.

Risposta al quesito 1

Si conferma quanto previsto dalla Documentazione di gara.

Quesito 2

Punto 17 del Disciplinare di Gara - Criterio di aggiudicazione

"Sets infusionali: presenza di linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC".

Secondo l'attuale letteratura, solo 3 molecole sono incompatibili con PVC (Nitroglicerina, Carmustina e Clorpromazina) mentre la stragrande maggioranza dei farmaci infusionali sono compatibili con linee in PVC.

Per le 3 molecole sopracitate, il materiale in alternativa che viene utilizzato è il dietile-silftalato (DEHP) addizionato al PVC. Il DEHP è uno ftalato, molecola altamente tossica con effetti cancerogeni e teratogeni.

Nello schema della valutazione dei criteri di aggiudicazione viene imputato un punteggio pari a 5 per i set non contenenti Ftalati, mentre per il criterio "presenza di linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC" (quindi con dietile-silftalato DEHP) ne vengono assegnati 2.

Si richiede chiarimento riguardo l'incongruenza rispetto le due richieste.

Risposta al quesito 2

Si conferma quanto previsto dal Punto 17.1 del Disciplinare di Gara. Il criterio di valutazione "assenza di ftalati" attribuisce il punteggio tabellare di 5 punti se è presente la caratteristica, cioè se il dispositivo offerto per infusione di liquidi è privo di ftalati.

Il criterio di valutazione "presenza di linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC" che attribuisce il punteggio tabellare di 2 punti, è da intendersi come disponibilità anche di linea/deflussore per farmaci non compatibili con PVC, indipendentemente dalla assenza/presenza di ftalati.

Tale disponibilità deve essere esplicitata nella documentazione tecnica.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Dott. Giuseppe Magliocca