

U.O.C. Economato e Gestione Logistica

Treviso, 25/08/2020 Prot. 0133670

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI POCT PER LABORATORIO, PER LE UU.OO. DI PRONTO SOCCORSO DI TREVISO E ODERZO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, intendendo procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, avvia un'indagine di mercato per verificare se, diversamente dalle informazioni attualmente in possesso, vi siano più imprese disponibili a fornire i Sistemi POCT per Laboratorio con le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI DELLE APPARECCHIATURE

1. Analizzatori da banco di piccola dimensione;
2. Massima semplicità di utilizzo da parte di personale sanitario senza competenza specifica di laboratorio (infermiere);
3. Ridotta possibilità di contatto dell'operatore con il materiale biologico;
4. Esecuzione dei test su sangue intero senza necessità di specifiche procedure preanalitiche;
5. Possibilità di riconoscimento positivo automatico dei reagenti e dei campioni;
6. Reagenti pronti all'uso;
7. Ridotta manutenzione strumentale;
8. Buona correlazione con i metodi del laboratorio;
9. Collegamento alla rete per trasmissione dati.

FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI EMOCROMOCITOMETRIA (da destinare ai Pronto Soccorso di Treviso e di Oderzo) comprendente:

- N. 2 analizzatori contaglobuli
- Diagnostici per n. 10.000 emocromi annui (Treviso) e n. 3.000 emocromi annui (Oderzo)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

1. Parametri dell'emocromo: Piastrine, Leucociti, Eritrociti, Emoglobina, Ematocrito, MCV, MCH, MCHC, Formula leucocitaria ad almeno tre popolazioni;
2. Campionamento diretto da provetta primaria, preferibilmente chiusa;
3. Pulizia automatica dell'ago di campionamento;
4. Ridotto volume di campione;
5. Ridotto tempo di esecuzione;
6. Rilevamento automatico di errori e malfunzionamenti;
7. Ridotta durata dei fermi macchina per manutenzione;
8. Calibrazione automatica e di lunga durata;
9. Minima quantità di reflui e rifiuti.

FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI CHIMICA CLINICA (da destinare al Pronto Soccorso di Oderzo) comprendente:

- N. 1 analizzatore di chimica clinica
- Diagnostici per n. 1.000 profili chimici annui e n. 500 profili epatici annui



CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

1. Prestazioni minime del profilo chimico: glucosio, urea, creatinina, sodio, potassio, proteina
2. C-reattiva;
3. Prestazioni minime del profilo epatico: proteine, albumina, bilirubina totale, AST, ALT, gammaGT (o fosfatasi alcalina);
4. Ridotto volume di campione per l'esecuzione dei profili;
5. Ridotto tempo di esecuzione dei profili;
6. Possibilità di esecuzione di altre prestazioni, oltre quelle minime;
7. Rilevamento automatico di errori e malfunzionamenti;
8. Ridotta durata dei fermi macchina per manutenzione e calibrazione;
9. Lunga durata delle calibrazioni;
10. Minima quantità di reflui e rifiuti.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro il **04/09/2020**, a mezzo PEC protocollo.aulss2@pecveneto.it - all'attenzione UOC Economato e Gestione Logistica - offerta firmata dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei poteri di impegnare legalmente l'impresa offerente, comprensiva di:

- APPARECCHIATURE: dovrà essere presentata offerta per l'ipotesi di: cessione in comodato d'uso; cessione in noleggio (con specifica indicazione della quota annua di noleggio e di quella per l'assistenza tecnica); acquisto da parte dell'ULSS n. 2;
- REAGENTI e quant'altro necessario per l'esecuzione dei test richiesti:
 - o codice articolo fornitore e REF;
 - o CND e RDM (se disponibile);
 - o denominazione dell'articolo;
 - o confezionamento;
 - o costo unitario e costo a confezione (IVA esclusa);
 - o aliquota IVA da applicare.

Andranno inoltre inviate:

- schede tecniche e di sicurezza degli apparecchi e dei prodotti offerti;
- una dichiarazione contenente le aggiudicazioni di analoghe forniture, intercorse nell'ultimo biennio erogate a favore di Enti appartenenti al Servizio Sanitario, in particolare dovrà essere indicato l'importo di aggiudicazione ed il modello proposto, nonché la configurazione dell'offerta.

La suddetta manifestazione di interesse ha unicamente fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori. La stessa, non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Azienda Sanitaria nei confronti degli operatori economici, i quali non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Ove non pervengano, nel termine suddetto, in tutto o in parte, indicazioni di prodotti aventi caratteristiche funzionali e/o prestazionali equivalenti a quelli oggetto della presente indagine di mercato, si provvederà all'acquisto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si indicato i seguenti contatti:
0422/323069 (Antonella Pavanello)

IL DIRETTORE UOC/ECONOMATO
E GESTIONE LOGISTICA
Dott. Sergio Andres

