

Indagine di mercato per l'eventuale fornitura di n.95 defibrillatori semiautomatici esterni "DAE" da destinare al Distretto di Pieve di Soligo ed alle strutture territoriali del Distretto di Asolo dell'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

CHIARIMENTO N.1

QUESITO N.1

Con riferimento all'Art. 1 "Oggetto e caratteristiche tecniche" del capitolato Tecnico, tra le caratteristiche di minima è indicato che l'apparecchiatura offerta dovrà avere una "erogazione della scarica tramite elettrodi adesivi idonei sia per pazienti pediatrici, sia per pazienti adulti (unica tipologia di piastre)".

Considerando che una gran parte dei defibrillatori semiautomatici disponibili in commercio, permettono l'uso sul bambino mediante appositi elettrodi pediatrici, al fine di poter garantire un'ampia partecipazione alla gara, vi chiediamo di voler confermare che tale soluzione sarà ritenuta idonea e valutabile.

Peraltro, l'uso di elettrodi per bambini che vengono automaticamente riconosciuti dal defibrillatore che attiva la modalità di funzionamento pediatrico, costituisce un vantaggio per il soccorritore, il quale non necessita di effettuare operazioni aggiuntive (selezione della modalità pediatrica) oltre quelle necessarie per l'applicazione sull'adulto.

RISPOSTA QUESITO N. 1

Si conferma la caratteristica di minima indicata nel capitolato tecnico.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO N. 1

Sono con la presente a chiedere conferma se l'unico documento firmato digitalmente è solo il file trasformato in PDF dell'offerta (oltre ad inviare lo stesso in formato excel).

RISPOSTA QUESITO N. 1

Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N.2

Sono con la presente a chiedere conferma se (...) visti i tanti documenti richiesti, sia possibile fare un file ZIP ed inviarlo come allegato nella mail di presentazione della nostra offerta.

RISPOSTA QUESITO N. 2

Si conferma la possibilità di allegare alla pec di presentazione del preventivo tecnico-economico un file ZIP.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Giuseppe Magliocca

