

U.O.C. Economato e Gestione della Logistica

Treviso, 20/04/2022

prot. n. 43325

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA NEUROMONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO DA DESTINARE ALL'UOC DI NUROCHIRURGIA DEL P.O. DI TREVISO DELL'AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA.

L'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, intende verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire **N. 1 SISTEMA NEUROMONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO** al fine di determinare la corretta ipotesi di spesa per il suo acquisto. Le caratteristiche prestazionali richieste sono di seguito riportate:

Oggetto dell'indagine di mercato:

FORNITURA DI N.1 SISTEMA NEUROMONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO da destinare all'UOC di Neurochirurgia del P.O. di Treviso.

SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE

- 2 testine di registrazione ognuna con 32 ingressi per un totale di 16 canali di registrazione cadauna per 64 ingressi complessivi per 32 canali totali;
- possibilità di registrazione nella stessa sessione di potenziali evocati (PE) motori, somatosensoriali, acustici, EEG, EMG free-running e da stimolo diretto e potenziali evocati visivi (PEV);
- almeno 8 uscite di stimolazione asincrona;
- almeno 2 uscite dedicate stimolazione a basso voltaggio;
- stimolatore acustico con trasduttore ear tips e visivo con led goggle;
- stack del trend di ampiezza e latenza dei PE;
- amplificatore audio di EMG e triggered EMG;
- analisi spettrale EEG;
- possibilità di revisione dei dati acquisiti contemporaneamente all'acquisizione;
- acquisizione sia differenziale che referenziale;
- monitoraggio impedenza elettrodi;
- parametri di stimolazione regolabili indipendentemente;
- parametri di registrazione regolabili indipendentemente per i singoli canali;
- possibilità posizionamento di elettrodi di referenza aggiuntivi;
- possibilità collegamento in rete con visualizzazione da remoto;
- possibilità interfaccia video del microscopio;
- memorizzazione delle procedure e possibilità di revisione delle stesse a posteriori;
- editore di referto in formato word/pdf;

- monitor LCD a colori di almeno 26 pollici;
- carrello con stampante;
- possibilità di utilizzo di materiale monouso di consumo non dedicato;

Ciascuna ditta dovrà indicare il materiale di consumo disponibile: per ciascun consumabile dovrà essere indicato il prezzo riferito a singola prestazione.

Il fornitore dovrà indicare quanto sopra richiesto fornendo precise informazioni per ogni punto dell'elenco.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire **entro il 29/04 2022** a mezzo PEC protocollo.aulss2@pecveneto.it contenente le seguenti informazioni:

1. la manifestazione dell'interesse a partecipare alla procedura con l'indicazione di essere iscritta, o meno, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alla Piattaforma Sintel, secondo il modello di cui all'**ALLEGATO 1**;
2. una dichiarazione contenente le aggiudicazioni di analoghe forniture compatibili con le caratteristiche tecniche indicate, intercorse nell'intervallo temporale dell'ultimo biennio erogate a favore di Enti appartenenti al Servizio Sanitario, in particolare dovrà essere indicato l'importo di aggiudicazione ed il modello proposto, nonché la composizione dell'offerta ed i prezzi unitari.

2.1 Le ditte devono indicare gli eventuali requisiti previsti come **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME** che non siano soddisfatti dalla loro proposta/fornitura;

3. le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, corredate dall'indicazione del codice articolo della Ditta, dal codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici) e dal numero di inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM), oltre a quanto altro necessario al fine della valutazione tecnica di quanto offerto e salva la facoltà per l'Azienda di chiedere idoneo campionamento.

La suddetta manifestazione di interesse ha unicamente fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori, da considerare anche ai fini di una eventuale procedura di acquisto.

Inoltre, la suddetta manifestazione d'interesse, non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana nei confronti degli operatori economici, i quali non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si indicano i seguenti contatti:

tel. 0422/322303-311 ingegneriaclinica@aulss2.veneto.it UOS Ingegneria Clinica P.O. Treviso

tel. 0422/323024 stefano.zocchi@aulss2.veneto.it. UOC Economato e Gestione della Logistica - Treviso

IL DIRETTORE UOC ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sergio Andres