

U.O.C. Economato e Gestione della Logistica

Treviso, 20/04/2022

prot. n. 73841

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 NEURONAVIGATORE DA DESTINARE ALL'UOC DI NUROCHIRURGIA DEL P.O. DI TREVISO DELL'AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA.

L'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, intende verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire **N. 1 NEURONAVIGATORE** al fine di determinare la corretta ipotesi di spesa per il suo acquisto. Le caratteristiche prestazionali richieste sono di seguito riportate:

Oggetto dell'indagine di mercato:

FORNITURA DI N.1 NEURONAVIGATORE da destinare all'UOC di Neurochirurgia del P.O. di Treviso.

SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURE

- Sistema di neuronavigazione elettromagnetico per procedure neurochirurgiche di ultima generazione dotato dei seguenti requisiti e dotazioni minimi:
 - Il sistema dovrà essere destinato ai seguenti ambiti chirurgici:
 - Chirurgia cranica;
 - Chirurgia spinale;
 - Stereotassi frameless e con casco in dotazione;
 - Chirurgia funzionale frameless;
 - Chirurgia endoscopica per strumenti rigidi e flessibili;
- I relativi software dovranno essere in lingua italiana.
- Eventuali ulteriori applicazioni aggiuntive proposte saranno valutate ed eventualmente considerate come valore aggiunto;
 - Il sistema dovrà consentire l'interfacciamento con i microscopi operatori attualmente in uso (Kinevo 900 Zeiss e M 720 OH5 Leica). Dovranno essere indicate le funzionalità garantite con l'interfacciamento proposto e, comunque, dovrà essere garantito per lo meno lo scambio di immagini tra i due dispositivi con la proiezione della definizione della zona di interesse, la compatibilità con i filtri in uso e la funzionalità picture in picture. Dovrà, inoltre, essere prodotto elenco di tutti i microscopi con cui il navigatore proposto è interfacciabile ed indicato quanto eventualmente necessario (oltre alla dotazione già presente nella configurazione offerta) per realizzare l'interfacciamento, da quotarsi come opzionale
 - Il sistema dovrà garantire l'importazione in formato DICOM delle immagini diagnostiche dal PACS

aziendale. La ditta, dovrà indicare le classi DICOM effettivamente implementate nella configurazione offerta, che comunque, dovranno essere almeno quelle necessarie a garantire l'interfacciamento richiesto, nonché altre classi eventualmente disponibili in opzione.

- Il sistema dovrà essere dotato di lettore per trasferimento diretto delle immagini dalle apparecchiature diagnostiche (TC, RMN) in standard DICOM;
- Il sistema dovrà garantire l'interfacciamento con standard DICOM con i portatili per radioscopia più comuni (elencare) ed in particolare con quelli in uso (VISION RFD Ziehm e MOONRAY R VE 1K 9"Simad);
- Dovrà essere possibile visualizzare le immagini del navigatore sui monitor televisivi presenti in sala anche con modalità picture in picture ;
- Il sistema dovrà essere compatibile e contenere software per calcolo di fiduciali e target con il casco stereotassico;
- Dovrà essere previsto il salvataggio di dati e immagini anche in formato ,video dove occorra, su server aziendale; In sede d'offerta, le ditte dovranno fornire le indicazioni per un adeguato dimensionamento degli spazi da rendere disponibili sul server ipotizzando un numero di c.a. 150 interventi/anno;
- Utilizzo di strumenti preferibilmente poliuso, sterilizzabili;
- La configurazione hardware e software dovrà essere adeguata alle funzionalità richieste e l'offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri necessari per implementare gli interfacciamenti e le integrazioni di cui sopra. In particolare la dotazione dovrà comprendere:
 - Carrello medicale opportunamente attrezzato per l'alloggiamento del sistema e la sua collocazione nei pressi del campo operatorio;
 - Monitor LCD da almeno 20" ad elevata risoluzione;
 - Riproduttore video digitale di bioimmagini, preferibilmente integrato;
 - Masterizzatore CD/DVD;

Il fornitore dovrà indicare quanto sopra richiesto fornendo precise informazioni per ogni punto dell'elenco.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire **entro il 29/04 2022** a mezzo PEC protocollo.aulss2@pecveneto.it contenente le seguenti informazioni:

1. la manifestazione dell'interesse a partecipare alla procedura con l'indicazione di essere iscritta, o meno, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alla Piattaforma Sintel, secondo il modello di cui all'**ALLEGATO 1**;
2. una dichiarazione contenente le aggiudicazioni di analoghe forniture compatibili con le caratteristiche tecniche indicate, intercorse nell'intervallo temporale dell'ultimo biennio erogate a favore di Enti appartenenti al Servizio Sanitario, in particolare dovrà essere indicato l'importo di aggiudicazione ed il modello proposto, nonché la composizione dell'offerta ed i prezzi unitari.
 - 2.1 Le ditte devono indicare gli eventuali requisiti previsti come **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME** che non siano soddisfatti dalla loro proposta/fornitura;
3. le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, corredate dall'indicazione del codice articolo della Ditta, dal codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici) e dal numero di inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM), oltre a quanto altro necessario al fine della valutazione tecnica di quanto offerto e salva la facoltà per l'Azienda di chiedere idoneo campionamento.

La suddetta manifestazione di interesse ha unicamente fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori, da considerare anche ai fini di una eventuale procedura di acquisto.



Inoltre, la suddetta manifestazione d'interesse, non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana nei confronti degli operatori economici, i quali non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si indicano i seguenti contatti:

tel. 0422/322303-311 ingegneriaclinica@aulss2.veneto.it UOS Ingegneria Clinica P.O. Treviso

tel. 0422/323024 stefano.zocchi@aulss2.veneto.it. UOC Economato e Gestione della Logistica - Treviso

IL DIRETTORE UOC ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sergio Andres