



U.O.C. Economato e Gestione della Logistica

Treviso, 24/2/2022prot. n. 0035260/22

**OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 29 LETTI BILANCIA DA DESTINARE ALL'UOC DI NEFROLOGIA DEI PP.OO. DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA.**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, intendendo procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, avvia un'indagine di mercato per verificare se, diversamente dalle informazioni attualmente in possesso, vi siano più imprese disponibili a fornire letti bilancia con le caratteristiche tecniche di seguito riportate:

Oggetto dell'avviso di indagine di mercato:

➤ **FORNITURA DI N.29 LETTI BILANCIA**

Caratteristiche tecniche letti Bilancia Nefrologia Degenza e Dialisi Extracorporea

- ❖ Letto bilancia idoneo per pazienti di peso almeno pari a 150 kg(\*).
- ❖ In materiale antiruggine, sanificabile ed altamente resistente.
- ❖ Assenza di lattice (latex free) nel dispositivo e in tutti gli accessori.
- ❖ Consolle comando ad uso esclusivo del personale e pulsantiera in uso al paziente con chiave/dispositivo inibizione comandi.
- ❖ possibilità di utilizzo di sponde mobili , con sistema anti schiacciamento conforme alle norme vigenti.
- ❖ Piano letto rigido per permettere manovre rianimatorie.
- ❖ Piano letto regolabile in altezza.
- ❖ Piano letto almeno a tre snodi di mobilità con comando elettronico.
- ❖ Movimentazioni sia elettriche che manuali in caso di blackout.
- ❖ Movimento di Trendelenburg.
- ❖ Ruote girevoli con ampia movimentazione con sistema di bloccaggio secondo normativa vigente.
- ❖ Dispositivi paracolpi/anti-urto perimetrali.
- ❖ Sistema di pesatura a visore con possibilità di impostazione di tara.
- ❖ Risoluzione della pesatura almeno pari +/- 50 g, garantita almeno fino a 150 Kg (\*).
- ❖ Funzione anti black out del sistema di pesatura.
- ❖ Sistema di sblocco rapido d'emergenza dello schienale con azzeramento del piano rete e posizionamento del paziente all'altezza minima per massaggio cardiaco.



- ❖ Interfacciamento compatibile con i sistemi informatici aziendali e relativa componentistica di collegamento.
- ❖ Conformità ai Regolamenti 2014/31/UE e 2017/745/UE.
- ❖ Conformità al D.Lgs. 81/08.
- ❖ Effettuazione della prima verifica periodica e fornitura del libretto metrologico ai sensi del decreto 93/2017.
- ❖ Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia "full risk", inclusa calibrazione e verifica periodica del sistema di pesatura.

Dotato dei seguenti accessori:

- ❖ Piano di appoggio integrato o di tavolino portaoggetti con ruote.
- ❖ Porta sacca urine: supporto per sacca urine. Da alloggiare sulla barra porta drenaggi integrata al telaio del letto. Ganci multipli per sacche di varie misure.
- ❖ Porta flebo. Asta da infusione telescopica da inserire negli alloggiamenti angolari. Dotata di 4 ganci in metallo.
- ❖ Staffa con maniglione. Asta removibile solleva-paziente con maniglia solleva-paziente con cinghia regolabile manualmente.
- ❖ 4 set completi di sponde intercambiabili e quindi utilizzabili su 4 letti a scelta.

(\*) La ditta dovrà indicare la disponibilità sia di un letto con portata massima di 150 Kg sia di un letto con portata massima di 200 kg e relative quotazioni singole, qualora disponibili.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro il **14/03/2022** a mezzo PEC [protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it) - all'attenzione UOC Economato e Gestione della Logistica la seguente documentazione:

- ❖ Preventivo firmato dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei poteri di impegnare legalmente l'impresa offerente;
- ❖ la manifestazione dell'interesse a partecipare alla procedura con l'indicazione di essere iscritta, o meno, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alla Piattaforma Sintel, secondo il modello di cui all'**allegato n.1**;

Andranno inoltre inviate:

- le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, devono possibilmente essere corredate dall'indicazione del codice articolo della Ditta, dal codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici) e dal numero di inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM), oltre a quanto altro necessario al fine della valutazione tecnica di quanto offerto.;
- una dichiarazione contenente le aggiudicazioni di analoghe forniture, intercorse nell'ultimo biennio erogate a favore di Enti appartenenti al Servizio Sanitario, in particolare dovrà essere indicato l'importo di aggiudicazione ed il modello proposto, nonché la configurazione dell'offerta.

La suddetta manifestazione di interesse ha unicamente fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori. La stessa, non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Azienda Sanitaria nei confronti degli operatori economici, i quali non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.



Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si indicano i seguenti contatti:  
tel. 0422/322303-311 [ingegneriaclinica@aulss2.veneto.it](mailto:ingegneriaclinica@aulss2.veneto.it) UOS Ingegneria Clinica P.O. Treviso.  
tel. 0422/323024 [stefano.zocchi@aulss2.veneto.it](mailto:stefano.zocchi@aulss2.veneto.it). UOC Economato e Gestione della Logistica – Treviso.

IL DIRETTORE UOC ECONOMATO  
E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Dott. Sergio Andres